

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle § 56 a násl. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„Spotřební materiál a reagenty pro stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c včetně bezplatné výpůjčky přístrojů“

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Jednající:	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
IČ:	26000202
DIČ:	CZ699004900
Způsob zadání:	otevření řízení, v nadlimitním režimu

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě obdržené žádosti účastníka.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK dne 28.03.2023 v 12:31:59, tj. řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

V ZD Zadavatel uvádí celkové předpokládané množství 208 000 reportovaných výsledků glykovaného hemoglobinu za 8 let, tj. 26 000 reportovaných výsledků/1rok pro všechna 4 pracoviště. Pro správné nacenění spotřebního materiálu a výběr kapacitně vhodného analyzátoru je nevyhnutelné znát rozdělení počtů vzorků pro jednotlivá pracoviště. Může prosím Zadavatel ozřejmit rozdělení počtů vzorků pro jednotlivá pracoviště?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel uvádí množství vyhodnocení glykovaného hemoglobinu (HbA1c) v lokalitách:

OKBD - Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod – celkem 9375 vyhodnocení/rok,
OLM - Oddělení laboratorní medicíny ONN a.s. nemocnice Rychnov nad Kněžnou – celkem 8463 vyhodnocení/rok,
OKBD - Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Broumov – celkem 5724 vyhodnocení/rok,
OKBD - Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Jaroměř – celkem 2300 vyhodnocení/rok.

Zadavatel upozorňuje, že technické požadavky na analyzátory, které jsou vymezeny v Příloze č. 3_Technická specifikace, jsou shodné a závazné pro všechny lokality zadavatele. Zadavatel požaduje jeden typ analyzátoru pro všechny lokality z důvodu zajištění shodných výsledků ve všech lokalitách, a to především z důvodu, že se jednotlivé lokality zastupují v případě nenadálých situací a z tohoto důvodu musí být zajištěno shodné vyhodnocení napříč lokalitami.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, nebude zadavatel prodloužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Náchodě

RNDr. Bc. Jan Mach
Předseda správní rady
Oblastní nemocnice Náchod a.s.