



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle
ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Pořízení vybavení pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou I“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

V zadávacím řízení zastoupen:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: zakazky.rychnov@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 30.3.2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně pak k části 1 VZ: Vrtací systémy. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti:

Dotazy pro Část veřejné zakázky: 1

Vrtací systém pro malé kosti:

1) Zadavatel uvádí v příloze č. 2_1 ZD - Technická specifikace, ve výčtu požadovaných parametrů mimo jiné: Kanylace min. 4 mm.

Uchazeč může nabídnout stroj s kanylací 3, 2 mm.

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat nabídku stroje s kanylací 3, 2 mm, při zachování medicínského účelu?

ODPOVĚď ONN na dotaz č. 1

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku stroje s kanylací 3,2 mm, při zachování medicínského účelu.

Zadavatel **upravuje svůj požadavek v příloze č. 2_1 ZD** – Technická specifikace následujícím způsobem:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

RUŠÍ: bod 1.8: Kanylace min. 4 mm

NOVĚ UVEDENO: bod 1. 8: Kanylace min. 3,2 mm

2) Zadavatel uvádí tamtéž, ve výčtu požadovaných parametrů mimo jiné požadavek: Široký výběr nástavců pro vrtání, frézování, zavádění drátů a pinů, reciproční a sagitální pily. Uchazeč, nemá k dispozici reciproční nástavec. Uchazeč má v nabídce pouze samostatný stroj - Reciproční Pila.

Dotaz č. 2:

Bude zadavatel akceptovat nabídku vrtacího systému pro malé kosti bez recipročního nástavce?

ODPOVĚď ONN na dotaz č. 2

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku vrtacího systému pro malé kosti bez recipročního nástavce.

3) Zadavatel uvádí tamtéž, ve výčtu požadovaných parametrů mimo jiné požadavek: Možnosti napájení: aseptické baterie Li-Ion se sterilním krytem, resterilizovatelné baterie Li-Ion, elektrická konzole.

Uchazeč má k dispozici všechny požadované možnosti napájení s výjimkou elektrické konzole.

Dotaz č. 3:

Bude zadavatel akceptovat nabídku se všemi ostatními možnostmi napájení, bez elektrické konzole?

ODPOVĚď ONN na dotaz č. 3

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku bez elektrické konzole, za podmínky dodání všech ostatních požadovaných možností napájení.

Vrtací systém pro velké kosti

4) Zadavatel uvádí v příloze č. 2_1 ZD - Technická specifikace, ve výčtu požadovaných parametrů mimo jiné: Kryt baterie s ukazatelem stavu nabití.

Uchazeč může nabídnout kryt baterie bez ukazatele stavu nabití, přičemž stav nabití je uveden na ukazateli na baterii.

Dotaz č. 4:

Bude zadavatel akceptovat nabídku s uvedením stavu nabití baterie na ukazateli přímo na baterii?

ODPOVĚď ONN na dotaz č. 4

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku s uvedením stavu nabití baterie na ukazateli přímo na baterii.

5) Zadavatel uvádí tamtéž, ve výčtu požadovaných parametrů mimo jiné požadavek: Maximální hluchost 64 dB.

Uchazeč může nabídnout stroj s hluchostí 72 dB.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz č. 5:

Bude zadavatel akceptovat nabídku stroje s hlučností 72 dB, při zachování medicínského účelu?

ODPOVĚď ONN na dotaz č. 5

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku stroje s hlučností 72 dB, při zachování medicínského účelu.

Zadavatel **upravuje svůj požadavek v příloze č. 2_1 ZD** – Technická specifikace následujícím způsobem:

RUŠÍ: bod 1.16: Maximální hlučnost 64 dB

NOVĚ UVEDENO: bod 1.16: Maximální hlučnost 72 dB.

6) Zadavatel uvádí tamtéž, ve výčtu požadovaných parametrů mimo jiné požadavek: Li-Ion dobíjecí baterie s min. kapacitou 2000 mAh, s ukazatelem stupně nabití.

Uchazeč může nabídnout Li-Ion dobíjecí baterie s kapacitou 1200 mAh.

Dotaz č. 6:

Bude zadavatel akceptovat nabídku Li-Ion dobíjecí baterie s kapacitou 1200 mAh, při zachování medicínského účelu?

ODPOVĚď ONN na dotaz č. 6

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku Li-Ion dobíjecí baterie s kapacitou 1200 mAh, při zachování medicínského účelu.

Zadavatel **upravuje svůj požadavek v příloze č. 2_1 ZD** – Technická specifikace následujícím způsobem:

RUŠÍ: bod 1.18: Li-Ion dobíjecí baterie s min. kapacitou 2000 mAh, s ukazatelem stupně nabití*

OVĚ UVEDENO: bod 1.18: Li-Ion dobíjecí baterie s min. kapacitou 1200 mAh, s ukazatelem stupně nabití*

Výše předestřené změny zadávací dokumentace a jejích příloh budou zohledněny v následujících úkonech zadavatele.

Zadavatel současně prodlouží lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.

Zadavatel aktualizuje Příloha č. 2_1 ZD – Technické podmínky_rev. 1.

V Praze dne 3. dubna 2023

JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.