



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle
ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Pořízení vybavení pro laboratoře II.”

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

V zadávacím řízení zastoupen:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: zakazky.rychnov@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 29.3.2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně pak k části 3 VZ: entrifuga na zkumavky. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti:

Dotaz č. 1:

Minimální rozsah nastavení času požadujete 15s.-30 min.. Akceptuje zadavatel rozsah 30 s.-99 min.?

ODPOVĚĎ ONN NA DOTAZ Č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat minimální rozsah nastavení času 30 s – 99 min.

Dotaz č. 2:

Požadujete hmotnost přístroje max. 4kg. Akceptuje zadavatel hmotnost 6kg (váha nemá vliv na funkci přístroje)?

ODPOVĚĎ ONN NA DOTAZ Č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat hmotnost přístroje 6 kg. Zároveň zadavatel **upravuje požadavek v příloze č. 2_3 ZD** – Technické podmínky následujícím způsobem:

RUŠÍ: Hmotnost max. 4 kg

NOVĚ POŽADUJE: Hmotnost max. 6 kg

Dotaz č. 3:

Požadujete rozměry max. 200x250x140mm. Akceptuje zadavatel rozměry 255x245x140mm?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ODPOVĚĎ ONN NA DOTAZ č. 3:

Ano, zadavatel bude akceptovat rozměry (šxhvx) 255x245x140 mm. Zároveň zadavatel **upravuje požadavek v příloze č. 2_3 ZD** – Technické podmínky následujícím způsobem:

RUŠÍ: Rozměry (šxhvx) max. 200x250x140 mm

NOVĚ POŽADUJE: Rozměry (šxhvx) max. 255x245x140 mm.

Výše předestřené změny zadávací dokumentace a jejích příloh budou zohledněny v následujících úkonech zadavatele.

Zadavatel současně prodlouží lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.

Zadavatel aktualizuje Příloha č. 2_3_centrifuga na zkumavky_rev.DI č.1

V Praze dne 3. dubna 2023

JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.