



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka: Podtlakový izolátor a laminární boxy pro Oblastní nemocnici Jičín

Identifikační údaje zadavatele č. 1:

Název **Královéhradecký kraj**
 Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČO 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
 e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz

Identifikační údaje zadavatele č. 2:

Název **Oblastní nemocnice Jičín a. s.**
 Sídlo Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
 IČO 260 01 551

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující změnu (doplnění) zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Požadavek: „Laminární box laboratorní s odtahem.“

Vzhledem k tomu, že laminární box bude připojen na odtah, zadavatel žádá o **upřesnění parametrů odtahu, zda je přítomen ventilátor a zda by byl zajištěn min. odtah 1300 m³/h a průměr napojení 350 mm?**

Odpověď č. 1:

Označení laminárníh o boxu	Označení VZT	Označení místnosti	Odvodní zařízení		Elektrická charakteristika
			Průtok vzduchu	Externí tlak	Příkon 230V/1Ph/50Hz
			m ³ /hod	Pa	W
Z108	VZT 29a	A.2.47 – Laboratoř bakteriologie	1 200	500	0,73
Z108	VZT 29b	A.2.47 – Laboratoř bakteriologie	1 200	500	0,73

Viz tabulka výše. Dle vyjádření projektanta je uvažovaný průtok vzduchu max 1200 m³/h a průměr napojení je v rámci stavební připravenosti uvažovaný 250 mm.

Dotaz č. 2:

Požadavek: „Rozměr 1500x800 mm.“

Připouští zadavatel větší rozměr laminárního boxu 1380 x 795x 1640 mm při zachování minimální šířky pracovní plochy 1200 mm?

Odpověď č. 2: Ano, zadavatel připouští větší rozměr laminárního boxu 1380 x 795x 1640 mm při zachování požadované minimální šířky pracovní plochy 1200 mm.

Dotaz č. 3:

Požadavek: „Dezinfikovatelná opěrka pro ruce s umístěním po celé šířce pracovní plochy.“

Vzhledem k tomu, že laminární box má řešení přední mřížky tvarované do V, kdy není potřeba řešit područky, **připouští zadavatel možnost laminárního boxu bez dezinfikovatelné opěrky pro ruce?**

Odpověď č. 3: Ano, v případě, že laminární box má řešení přední mřížky tvarované do V po celé délce pracovní plochy, zadavatel připouští možnost laminárního boxu bez dezinfikovatelné opěrky na ruce.

Dotaz č. 4:

Požadavek: „Nástrojová lišta – 2x el. zásuvka (IP44), ovládání médií, hl. vypínač.“

Vzhledem k tomu, že laminární box má umístěny 2 zásuvky uvnitř pracovní komory a ventil s ovládáním uvnitř pracovní plochy, **připouští zadavatel možnost laminárního boxu bez použití vnější nástrojové lišty?**

Odpověď č. 4: Pro laminární box jsou požadovány 2x el. zásuvka (IP44) uvnitř boxu a 2x el. zásuvky v nástrojové liště. V případě zajištění počtu el. zásuvek 2+2 uvnitř boxu a ventilu s ovládáním médií uvnitř boxu, není vnější nástrojová lišta vyžadována. Hlavní vypínač musí být umístěn vně laminárního boxu.

Dotaz č. 5:

Dezinfikovatelná opěrka pro ruce u biohazardu s umístěním po celé šířce pracovní plochy. Řešení obvyklé u předních světových výrobců je postaveno na opěrkách posuvných v šíři pracovního otvoru. Žádáme tímto i připuštění této možnosti řešení v dnešní době a na trhu obvyklé.

Odpověď č. 5:

Řešení s posuvnými područkami je v souladu se ZD.

Dotaz č. 6:

Zadavatel uvádí ve specifikaci „1ks přívod plynu s bezpečnostním ventilem – k připojení kahan plynový bezpečnostní s regulací“. Má být kahan součástí dodávky? Pokud ano, žádáme o specifikování kahanu.

Odpověď č. 6:

Ne, kahan není součástí dodávky.

Dotaz č. 7:

Zadavatel požaduje dobu dodání 10 týdnů u zařízení a následně pak u náhradního zařízení 8 týdnů uvedených v kupní smlouvě. S ohledem na současnou geopolitickou situaci a možné problémy

v subdodavatelském řetězci u výrobců ve světě, žádáme o jednotné uvedení dodací lhůty u obou smluv a to na 16 týdnů v obou případech v dnešní době na trhu obvyklých.

Odpověď č. 7:

Zadavatel upravuje znění odst. 2.1 Kupní smlouvy následovně:

„Prodávající se zavazuje předat zboží dle čl. I. Kupujícímu **do 16 týdnů** od doručení výzvy k zahájení plnění od kupujícího. Výzva k plnění bude učiněna **nejpozději do 3 měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy. Pokud tato výzva nebude učiněna ve lhůtě podle věty první, smlouva bez dalšího zaniká.“

Co se týče termínu pro bezplatné dodání nového zboží v případě reklamace dle článku 5.4.6, tak zadavatel trvá na 8 týdnech. Každá oprava, resp. reklamace omezuje provozuschopnost nemocnice a přináší značné komplikace a ztráty pro nemocnici.

Dotaz č. 8:

Zadavatel ve specifikaci požaduje „Nástrojová lišta - 2x el. zásuvka (IP44), ovládání médií, hl. vypínač“. Dle našeho názoru se jedná o velmi nestandardní řešení, kdy je ovládání sloučeno s el. Zásuvkami a pokud jsou tyto umístěny pod pracovní deskou vně boxu, tak takové řešení považujeme za vyloženě zdraví ohrožující. Obvyklé řešení u laminárních boxů z hlediska ergonomie a bezpečnosti práce je umístění el. Zásuvek ve vnitřním prostoru boxu a jejich ovládání vč. Medií na vnějším ovládacím panelu. Žádáme tímto zadavatele o odsouhlasení takového, na trhu obvyklého řešení umístění zásuvek a ovládání boxu.

Odpověď č. 8:

Zadavatel souhlasí s navrženým řešením, zadavatel požaduje min. 4 ks zásuvek ve vnitřním prostoru laminárního boxu.

Dotaz č. 9:

Zadavatel v kupní smlouvě článek 2.1 požaduje „Prodávající se zavazuje předat zboží dle čl. I. Kupujícímu do 10 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění od kupujícího. Výzva k plnění bude učiněna nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy. Pokud tato výzva nebude učiněna ve lhůtě podle věty první, smlouva bez dalšího zaniká. S ohledem na současnou situaci na trhu považujeme tento požadavek za nereálný z hlediska dodržení technické specifikace a nabízené ceny. Požadujeme stanovení doby pro výzvu k plnění na nejvýše 3 měsíce od podpisu KS.

Odpověď č. 9:

Zadavatel upravuje znění odst. 2.1 Kupní smlouvy následovně:

„Prodávající se zavazuje předat zboží dle čl. I. Kupujícímu **do 16 týdnů** od doručení výzvy k zahájení plnění od kupujícího. Výzva k plnění bude učiněna **nejpozději do 3 měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy. Pokud tato výzva nebude učiněna ve lhůtě podle věty první, smlouva bez dalšího zaniká.“

Dotaz č. 10:

Zadavatel v kupní smlouvě požaduje v článku 2.3 a násl. Jako součást předání povinnosti uchazeče, které se vztahují ke zdravotnickým prostředkům. Vzhledem k tomu, že požadovaná zařízení tj. izolátory a laminární boxy nejsou zdravotnickými prostředky ve smyslu zákona, požadujeme potvrzení, že v případě že výrobek není zdravotnickým prostředkem, nejsou tyto povinnosti vyžadovány v rozsahu zákona o ZP.

Odpověď č. 10:

Pokud výrobek není zdravotnický prostředek, pak se na něj povinnosti vyplývající ze zdravotnickým prostředkům nemohou vztahovat.

Dotaz č. 11:

Zadavatel v kupní smlouvě požaduje v článku 2.3 „Prodávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 týdnů ode dne, kdy kupující zboží či jeho část v souladu s touto smlouvou nepřevzal, zboží nové či dodat chybějící zboží v požadovaném množství, nebo chybějící doklady v souladu s touto smlouvou.“ Z povahy poptávaného zařízení se jedná o nereálný požadavek, požadujeme tuto povinnost vypustit, nebo změnit na dobu 16 týdnů.

Odpověď č. 11:

Zadavatel trvá na znění odstavce 2.3 kupní smlouvy. Lhůta 2 týdny na odstranění nedostatků je z pohledu zadavatele dostatečná. Dodavatel je odpovědný za kvalitu a jakost dodaného zboží.

Dotaz č. 12:

Zadavatel v servisní smlouvě požaduje v článku 4 poskytování servisu dodání zařízení po dobu opravy v termínu a za podmínek nereálných s ohledem na poptávané zařízení, požadujeme tuto povinnost vypustit.

Odpověď č. 12:

Zadavatel upravuje znění odst. 8 čl. 4 Servisní smlouvy následovně:

- (8) S prováděním oprav vybavení je poskytovatel povinen započít, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od jejího nahlášení, pokud se nebude jednat o složitou závadu, která bude vyžadovat delší čas na přípravu. V takovém případě bude dohodnut jiný termín pro započítání s prováděním oprav.

Poskytovatel je povinen odstranit závadu a provést opravu přístrojového vybavení **v co nejkratším možném termínu** od nahlášení závady. Pakliže se jedná o závažnou závadu vyžadující delší termín pro opravu, zejména závadu k jejímuž odstranění je nezbytné dodání náhradního dílu, který nemá poskytovatel k dispozici na skladě a musí tento díl objednat, jsou smluvní strany povinny v této lhůtě dohodnout jiný adekvátní termín (lhůtu) pro provedení takové opravy. Do lhůty pro odstranění závady se nezapočítává doba od objednání náhradního dílu do jeho naskladnění, případně doba odpovídající jiné prokazatelné překážce, nezaviněné poskytovatelem, bránící včasnému provedení opravy.

Poskytovatel se zavazuje na vyzvání objednatele k (bezplatnému) vypůjčení náhradního přístrojového vybavení vč. veškerého příslušenství nezbytného k provozu zařízení srovnatelných nebo lepších parametrů po dobu opravy, pokud nebude závada odstraněna **v dohodnutém termínu**, nebo při odvozu přístrojového vybavení do externího servisu.

Dotaz č. 13:

Ze zadání u Izolátoru jasně neplyne a proto se dotazujeme, zdali je zadavatelem požadováno i dopojení do stávající VZT a její zaregulování a případně i validace místa plnění (čistých prostor) a nebo si zadavatel zařízení dopojí do VZT a zareguluje vlastními silami?

V případě, že je toto zadavatelem požadováno, žádáme o sdělení aktuálních parametrů VZT a řešení VZT.

Odpověď č. 13:

Dodavatel dopojí do VZT a zareguluje ve spolupráci s dodavatelem MaR.

Půdorysy vzduchotechniky byly zveřejněny již ve Vysvětlení / změně / doplnění zadávací dokumentace č. 2.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 15.05.2023 v 9:00 hodin.

Způsob podání nabídek se nemění.

Přílohy: p01a_Izolátor_laminár - Technická specifikace _DI04
p02_Kupni smlouva_Izolátor_laminár_DI04
p03_Servisni smlouva_Izolátor_laminár_def_DI04
p04_Izolátor_laminár - Tab plnění požadavků _DI04

V Hradci Králové 06.04.2023

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření