



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle
ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Pořízení vybavení pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou I“

část 3: Operační svítidla

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ:	26000202
DIČ:	CZ26000202
zastoupený:	RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady
V zadávacím řízení zastoupen:	J&T advokátní kancelář s.r.o. IČ 04996305 Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město, JUDr. Jan Salmon , advokát a společník Tel: + 420 774 720 720 e-mail: zakazky.rychnov@jtak.cz
Kontaktní osoba:	Bc. Michaela Kapustová , vedoucí odboru investic, nákupu a grantových projektů tel. + 420 727 986 414 e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 6.4.2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně pak k části 3: Operační svítidla. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti:

Dotaz č1:

Zadavatel v technické specifikaci stropního operačního svítidla s technologií LED pro použití na chirurgických a ortopedických operačních sálech – trojramenné s ramenem na monitor požaduje:

- **Technické podmínky RAMENO 3:** - rameno pro TFT monitor, - kompletní rameno včetně kabeláže pro TFT panel do vel. 26“. Rameno musí umožnit instalaci monitorů třetích stran s interním i externím zdrojem napájení, různými typy výstupů i různými typy mechanického uchycení VESA.* Polohování monitoru musí být možné prostřednictvím sterilizovatelné rukojeti, kompatibilní se sterilizovatelnými rukojetmi operačních svítidel. Rameno musí splňovat požadavky na maximální flexibilitu při manipulaci a maximální akční rádius odpovídající operačním svítidlům na dalších ramenech. Rameno musí být součástí centrálního závěsu operačního svítidla – samostatné rameno je nepřipustné



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Uchazeč disponuje 3. rameny pro uchycení monitorů různých velikostí. Z praxe ale ví, že se v současné době převážně instalují monitory velikosti 31" a větší, které potřebují silnější rameno. Pro vyloučení pozdějších komplikací se uchazeč ptá, může-li zadavatel blíže specifikovat přibližnou velikost a váhu budoucího monitoru který by měl být instalován třetí stranou?

ODPOVĚĎ ONN:

Zadavatel provedl posouzení svého požadavku a konstatuje, že bude skutečně požadovat umístění monitoru na rameno o velikosti min. 32". Z toho důvodu zadavatel upravuje svůj požadavek v Příloze č. 2_3 – Technická specifikace následujícím způsobem:

RUŠÍ POŽADAVEK bod. 1.30:

Technické podmínky RAMENO 3:

- rameno pro TFT monitor
- kompletní rameno včetně kabeláže pro TFT panel do vel. 26". Rameno musí umožnit instalaci monitorů třetích stran s interním i externím zdrojem napájení, různými typy výstupů i různými typy mechanického uchycení VESA.* Polohování monitoru musí být možné prostřednictvím sterilizovatelné rukojeti, kompatibilní se sterilizovatelnými rukojetmi operační svítidel. Rameno musí splňovat požadavky na maximální flexibilitu při manipulaci a maximální akční rádius odpovídající operačním svítlům na dalších ramenech. Rameno musí být součástí centrálního závěsu operačního svítidla – samostatné rameno je nepřípustné

NOVĚ POŽADOVÁN PARAMETR bod 1.30:

Technické podmínky RAMENO 3:

- rameno pro TFT monitor
- kompletní rameno včetně kabeláže pro TFT panel o vel. alespoň 32". Rameno musí umožnit instalaci monitorů třetích stran s interním i externím zdrojem napájení, různými typy výstupů i různými typy mechanického uchycení VESA.* Polohování monitoru musí být možné prostřednictvím sterilizovatelné rukojeti, kompatibilní se sterilizovatelnými rukojetmi operační svítidel. Rameno musí splňovat požadavky na maximální flexibilitu při manipulaci a maximální akční rádius odpovídající operačním svítlům na dalších ramenech. Rameno musí být součástí centrálního závěsu operačního svítidla – samostatné rameno je nepřípustné

Výše předestřené změny zadávací dokumentace a jejích příloh budou zohledněny v následujících úkonech zadavatele:

Zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek minimálně o celou její délku.

Zadavatel aktualizuje Příloha č. 2_1 ZD – Technické podmínky_rev. 1.

V Praze dne 13. dubna 2023

JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.