



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle
ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Pořízení vybavení pro ONN I.

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

V zadávacím řízení zastoupen:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: zakazky.rychnov@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 14.4.2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně pak k části 4 VZ: Vysokovýkonný laser. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti:

DOTAZ:

Dobrý den,

zadavatel v rámci požadavků na “vysokovýkonný laser” požaduje provoz i na integrovanou baterii (akumulátor), bohužel na trhu neexistuje přístroj s robotizovanou laserovou hlavicí, který by měl integrovanou baterii. Může zadavatel od tohoto požadavku (integrovaná baterie) ustoupit?

ODPOVĚĎ ONN:

Ano, zadavatel netrvá na požadavku napájení z integrovaného akumulátoru. Současně zadavatel upravuje tento parametr v Příloze č. 2_4 Technické podmínky.

Zadavatel RUŠÍ POŽADAVEK: Možnost napájení ze sítě 230 V/50 Hz a z integrovaného akumulátoru, který je součástí dodávky.

NOVĚ POŽADUJE: Možnost napájení ze sítě 230 V/50 Hz. Součástí dodávky je napájecí kabel v délce 5 m.

Zadavatel současně prodlouží lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne 14. dubna 2023

JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.