



## **Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1**

**Veřejná zakázka:**      **Mycí a dezinfekční automat laboratorního skla pro Oblastní nemocnici Jičín**

**Identifikační údaje zadavatele č. 1:**

Název                      **Královéhradecký kraj**  
Sídlo                      Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO                        708 89 546  
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:      Ing. Věra Zeinerová,  
e-mail: [vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz)

**Identifikační údaje zadavatele č. 2:**

Název                      **Oblastní nemocnice Jičín a. s.**  
Sídlo                      Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín  
IČO                        260 01 551

Profil zadavatele: [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

**Druh a režim veřejné zakázky:**

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující změnu (doplnění) zadávacích podmínek:

**Dotaz č. 1:** v rámci technických parametrů je požadováno „Oběhové čerpadlo Qmax. = min. 380 l/min“

Kvalitu mytí nedefinuje pouze vlastní čerpadlo, ale celková konstrukce oběhového okruhu. Detailní požadavek minimální výkon je nadbytečně diskriminační.

Dotaz: Lze nabídnout mycí a desinfekční automat v provedení s recirkulací vody nejméně 340l/min, zajišťující splnění všech požadovaných funkčních vlastností?

**Odpověď č. 1:** Ano, zadavatel umožní toto řešení.

---

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu uvedené zakázky.

**Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek se nemění.**

Přílohy: p01a - Mycí\_dezinf\_automat - Technická specifikace \_DI\_01  
p04 - Mycí\_dezinf\_automat - Tab plnění požadavků \_DI\_01

V Hradci Králové 19.04.2023

Ing. Věra Zeinerová  
na základě pověření