

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)****Veřejná zakázka: BD Hajnice - dodávka lůžek a nočních stolků II****Identifikační údaje zadavatele:**

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, tel.: +420 607 006 578, e-mail: akadanikova@kr-kralovehradecky.cz,

Profil zadavatele:https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: Položka Z01 Matrace

Zadavatel požaduje nosnost min. 200 kg. Bude zadavatel akceptovat matrace s minimální nosností 150 kg?

Odpověď na dotaz č. 1: Ano, min. nosnost matrace se snižuje na 150 Kg.

Dotaz č. 2: Položka Z01 Postel polohovatelná - 4 dílná ložná plocha

Zadavatel požaduje postranice proti pádu, dřevěné dělené na půl, bez středového sloupku. Bude zadavatel akceptovat dělené hliníkové postranice s dřevěnými madly?

Odpověď na dotaz č. 2: Ano, postranice mohou být z kovu, ale dále trváme na napůl dělených postranicích bez středového sloupku.

Dotaz č. 3: Položka Z02 Noční stolek pojízdný

Zadavatel požaduje výšku 80 cm, s tolerancí 10 %. Bude zadavatel akceptovat výšku stolku 92 cm?

Odpověď na dotaz č. 3: Ano, změna parametrů výšky stolku: min výška je 80 cm s tolerancí 10%, max výška je 100 cm.

Dotaz č. 4: Položka Z07 Matrace

Zadavatel požaduje nosnost min. 200 kg. Bude zadavatel akceptovat matrace s minimální nosností 150 kg?

Odpověď na dotaz č. 4: Ano, min. nosnost matrace se snižuje na 150 Kg.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 5. 2023 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

1. Příloha č. 6 - 010 Kniha specifikací lůžka II-rev2 ve znění dodatečné informace č. 2

V Hradci Králové dne 19. 4. 2023

Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření