



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7

na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle
ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Pořízení vybavení pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou I“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

V zadávacím řízení zastoupen:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: zakazky.rychnov@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 17.4.2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně pak k části 4 VZ: Vyšetřovací svítidla. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti:

DOTAZ č. 1:

Dobrý den,

1/ V technické specifikaci je požadavek u pojízdných svítidel " nízká hmotnost svítidla do - max. 10 kg".

U stojanových svítidel máme zkušenost, že pokud nemá stojan určitou hmotnost, může být nestabilní a svítidlo se stojanem padá.

Bude zadavatel akceptovat stojanové svítidlo s následujícími hmotnostmi?:

- základna - 18 kg
- vertikální tyč - 3,5 kg
- pružinové rameno 1,43 kg
- světelná hlava - 2,1 kg

ODPOVĚď ONN č. 1

Zadavatel bude akceptovat pojízdné svítidlo o celkové váze 25 kg s tolerancí max. +/- 5 %.

V souvislosti s touto odpovědí zadavatel upravuje svůj požadavek v Příloze č. 2_4 –

Technická specifikace následujícím způsobem:

RUŠÍ:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Bod 1.10
hmotnost
max. 10 kg

nížká
svítidla do -

NOVĚ POŽADUJE:

Bod 1.10 celková váha pojízdného svítidla 25 kg s tolerancí max. +/- 5 %.

DOTAZ č. 2:

2/ U obou typů svítidel (stojan, strop) je požadavek "Pracovní rozsah osvětlení min. 900 – 1600 mm".

Bude zadavatel akceptovat pracovní rozsah 700 - 1500 mm?

ODPOVĚď ONN č. 2

Zadavatel, v souladu s odpovědí na minulý dotaz na pracovní rozsah osvětlení uveřejněný ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.1, akceptuje také pracovní rozsah osvětlení 700 - 1500 mm.

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.

V Praze dne 20. dubna 2023

JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.