

Technická specifikace

Název VZ:	Vyšetřovací svítidla pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
1	V105	Svítidlo vyšetřovací pojízdné	3

LED svítidlo - 1 hlavice
výkon min. 50 000 lx ve vzdálenosti 0,5 m
stojanové pojízdné na 5-ti ramenném podstavci
jednoduše nastavitelné, přesná polohovatelnost, snadné čištění a desinfekce
index podání barev Ra > 93
průměr světelného pole d10 ve vzdálenosti 0,5 m min. 170 mm
barevná teplota cca 4.300 K
napájení 230V / 50Hz, vč. napájecího síťového zdroje
životnost světelných LED zdrojů > 50.000 h

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
2	Z202	Svítidlo vyšetřovací stropní	6

LED svítidlo - 1 hlavice
výkon min. 50 000 lx ve vzdálenosti 0,5 m
stropní montáž, otočná a sklopná ramena, rozsah otáč. 180°
index podání barev Ra > 93
dosah min. 920 mm
barevná teplota cca 4.300 K
průměr světelného pole d10 ve vzdálenosti 0,5 m min. 170 mm
napájení 230V / 50Hz, vč. napájecího síťového zdroje
životnost světelných LED zdrojů > 50.000 h
včetně kotevního mezikusu mezi stropní konstrukcí a podhledem (výška 0,6 m), výška podhledu 3 m

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
3	Z202X	Svítidlo vyšetřovací stropní	1

LED svítidlo - 1 hlavice
výkon min. 100 000 lx ve vzdálenosti 1 m
stropní montáž, otočná a sklopná ramena, rozsah otáč. 360°
index podání barev Ra > 96
dosah min. 1800 mm **(akceptuje se i dosah ramen + hlavice svítidla 1520 + 220 mm)**
barevná teplota cca 4.300 K
průměr světelného pole d10 ve vzdálenosti 1 m min. 170 mm
napájení 230V / 50Hz, vč. napájecího síťového zdroje
sterilizovatelný držák
životnost světelných LED zdrojů > 50.000 h
včetně kotevního mezikusu mezi stropní konstrukcí a podhledem (výška 0,6 m), výška podhledu 3 m