

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 31 a násl. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

### „Injektor kontrastních látek pro RDG v NRK III.“

<b>Zadavatel:</b>	<b>Oblastní nemocnice Náchod a.s.</b>
<b>Sídlo:</b>	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
<b>Jednající:</b>	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
<b>IČ:</b>	26000202
<b>DIČ:</b>	CZ699004900
<b>Způsob zadání:</b>	zakázka malého rozsahu

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, a to na základě obdržené žádosti účastníka.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK dne 21.04.2023 v 12:17:34, tj. řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

#### Dotaz č. 1:

*zadavatel v příloze č. 2 - Technická specifikace pod položkou Ostatní požadavky zadavatele (řádek 39 - 40) uvádí, že požaduje připojení tlakového injektoru na NIS a PACS. Je tuto položku nutné splnit pro splnění zadávacích podmínek?*

#### **Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:**

Zadavatel nebude požadovat připojení do NIS a PCAS, a to z důvodu, že lze v rámci tohoto zadávacího řízení nabídnout přístroj demo, použitý či repasovaný, s rokem výroby max. 2018. Zadavatel v kontextu uvedeného reviduje znění přílohy č. 2 Technická specifikace. Revidovaná technická specifikace je přílohou tohoto vysvětlení.

#### **Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:**

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, nebude zadavatel prodloužovat lhůtu pro podání nabídek.

#### Přílohy vysvětlení:

Příloha č. 2\_ Technická specifikace REVI

V Náchodě

Miroslav Bůžek  
Technický náměstek  
Oblastní nemocnice Náchod a.s.