



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 10

na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle
ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Pořízení vybavení pro laboratoře II.“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

V zadávacím řízení zastoupen:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: zakazky.rychnov@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 20.4.2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně pak k části 5 VZ: Mikroskopy. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti:

1 ks Mikroskop fluorescenční vč. kamery se SW pro oddělení mikrobiologie

DOTAZ 1.: Zadavatel uvádí: Dvojcestný trinokulární tubus s číslem zorného pole F.N. min. 22 mm s dělením dráhy světla 100/0 a 0/100 nebo 100/0 a 50/50 nastavitelným náklonem v rozsahu min. 10-30°. Bude zadavatel akceptovat dvoupolohové dělení světla 50/50? Náš dodavatel třípolohové dělení světla 100/0, 50/50, 0/100 nebo 100/0, 20/80 nenabízí, protože zhoršuje kvalitu výsledného obrazu (každý optický člen v systému kvalitu obrazu na výstupu nepatrně zhoršuje)....

ODPOVĚĎ NA DOTAZ 1.:

Zadavatel akceptuje dvoupolohové dělení světla 50/50 pouze za předpokladu, že nenastane výsledné uživatelské řešení, aby při kamerovém záznamu nebyl možný binokulární pohled, ale pouze monokulární.

DOTAZ 2.: Zadavatel uvádí: Snímatelné gumové očníce. Bude zadavatel akceptovat 2 ks okulárů s gumovými nebo plastovými očnicemi pro oba okuláry?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ODPOVĚĎ NA DOTAZ 2.:

Z uvedeného není zřejmé, zda lze očníce sejmout. Zadavatel akceptuje, pokud budou očníce z měkkého plastu a samozřejmě snímatelné, pro lepší čištění a možnost volby (práce s očníci nebo bez).

1 ks Přímý laboratorní mikroskop s příkukem side by side pro odd. hematologie

DOTAZ 3.: Zadavatel uvádí: Výsuvný tubus min. 40 mm. Bude zadavatel akceptovat 30 mm výsuvný tubus?

ODPOVĚĎ NA DOTAZ 3.:

Zadavatel požaduje výsuvný tubus min. 40 mm. U mikroskopu se střídá několik pracovníků s různými požadavky na ergonomii.

DOTAZ 4.: Zadavatel uvádí: Binokulární příkuk na straně, světelná LED šipka pohyblivá ve všech směrech s možností výběru barvy. Bude zadavatel akceptovat binokulární příkuk na straně, světelná LED šipka pohyblivá ve všech směrech bez možnosti výběru barvy?

ODPOVĚĎ NA DOTAZ 4.:

Zadavatel akceptuje binokulární příkuk na straně, světelná LED šipka pohyblivá ve všech směrech bez možnosti výběru barvy.

DOTAZ 5.: Zadavatel uvádí: Snímatelné gumové očníce. Bude zadavatel akceptovat 2 ks okulárů s gumovými nebo plastovými očníci pro oba okuláry?

ODPOVĚĎ NA DOTAZ 5.:

Z uvedeného není zřejmé, zda lze očníce sejmout. Zadavatel akceptuje, pokud budou očníce z měkkého plastu a samozřejmě snímatelné, pro lepší čištění a možnost volby (práce s očníci nebo bez).

DOTAZ 6.: Zadavatel uvádí: Revolverová hlava je odnímatelná a inteligentní -odečítá objektiv v poloze revolveru (V případě pořízení kamery nabízí propojení se SW). Lze nabídnout odnímatelnou revolverovou hlavu, která nenabízí propojení s PC. Jediným jejím přínosem je detekce pozice objektivu v softwaru a to lze nahradit jedním jediným kliknutím, tudíž přínos je minimální. Navíc hodnota objektivu obraz nezmění, pouze se zapisuje do metadat k obrazu

ODPOVĚĎ NA DOTAZ 6.:

Zadavatel požaduje propojení s PC. Životnost mikroskopů se počítá na desítky let (digitalizace jde neustále dopředu).

1 ks Mikroskop vč. digitálního zobrazení a analytického SW pro oddělení patologie.

DOTAZ 7.: Zadavatel uvádí: Výsuvný tubus min. 40 mm. Bude zadavatel akceptovat 30 mm výsuvný tubus?

ODPOVĚĎ NA DOTAZ 7.:

Ne. Zadavatel požaduje, výsuvný tubus v rozmezí 0-40 mm pro co nejlepší individuální pracovní nastavení.

DOTAZ 8.: Zadavatel uvádí: Snímatelné gumové očníce. Bude zadavatel akceptovat 2 ks okulárů s gumovými nebo plastovými očníci pro oba okuláry?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ODPOVĚĎ NA DOTAZ 8.:

Z uvedeného není zřejmé, zda lze očníce sejmout. Zadavatel akceptuje, pokud budou očníce z měkkého plastu a samozřejmě snímatelné, pro lepší čištění a možnost volby (práce s očníci nebo bez).

DOTAZ 9.: Zadavatel uvádí: Revolverová hlava je odnímatelná a inteligentní -odečítá objektiv v poloze revolveru (V případě pořízení kamery nabízí propojení se SW). Lze nabídnout odnímatelnou revolverovou hlavu, která nenabízí propojení s PC. Jediným jejím přínosem je detekce pozice objektivu v softwaru a to lze nahradit jedním jediným kliknutím, tudíž přínos je minimální. Navíc hodnota objektivu obraz nezmění, pouze se zapisuje do metadat k obrazu.

ODPOVĚĎ NA DOTAZ 9.:

Ne. Možnost automatického odečtu objektivu a přenos do SW minimalizuje chyby při měření mikroskopických vzdáleností. I jedno kliknutí navíc může vést k chybě.

DOTAZ 10.: Zadavatel uvádí: Planachromatický objektiv 2x zvětšení, N.A. 0.06. Bude zadavatel akceptovat N PLAN 2.5x/0.07 N.A.?

ODPOVĚĎ NA DOTAZ 10.:

Ano. Zadavatel akceptuje objektiv s parametry zvětšení 2,5x/0,07 N.A.

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její délku.

V Praze dne 21. dubna 2023

JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.