



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 8

na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle
ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Pořízení vybavení pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou I“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

V zadávacím řízení zastoupen:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: zakazky.rychnov@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 24.4.2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně pak k části 4 VZ: Vyšetřovací svítidla. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, zákonnou lhůtu 3 pracovních dnů od doručení žádosti překročil zadavatel o 1 den, což bude reflektováno.

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci pro pojízdná i stropní svítidla požaduje v bodě 1.2: „index podání barev Ra min. 99“. Dále pak dle Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ze dne 31.3. 2023 akceptuje celou kombinaci hodnot indexů barev Ra=97, R9=97 a R13=99. Bude zadavatel akceptovat námi nabízenou kombinaci hodnot indexů Ra = 98, R9=96 a R13=99, kdy průměrná hodnota indexů (Ra) je vyšší než bylo již v předešlém dotazu akceptováno?

Odpověď zadavatele

Na základě opakujících se dotazů na parametry v technické specifikaci a zadavatelem již uveřejněných odpovědí se stalo konečné znění jeho požadavků na technickou specifikaci nepřehledné a zmatečné. Zadavatel se proto rozhodl o revizi a úpravu požadavků v Příloze č. 2_4 ZD technických specifikací a provedl v ní konečné změny vyplývající z dosavadních dotazů, z důvodu zvýšení přehlednosti.

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku + 1 den.

V Praze dne 28. dubna 2023

JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Oblastní

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program

nemocnice
Náchod a.s.