



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9

na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle
ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Pořízení vybavení pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou I“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

V zadávacím řízení zastoupen:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: zakazky.rychnov@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 2. 5. 2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně pak k části 4 VZ: Vyšetřovací svítidla. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Zadavatel v nově uveřejněné a upravené technické specifikaci ze dne 28.4. požaduje:
„Průměr osvětlovací hlavy svítidla max. 400 mm“.

Jelikož uvedený parametr nebyl v původní specifikaci uveden, vycházíme z toho, že se jím zadavatel snaží eliminovat nabídky na větší operační svítidla, která by mohla narušit prostorové uspořádání ambulancí a zákrokových sálků, kam jsou stropní a především mobilní zákroková světla určena.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na vyšetřovací svítidla, která mají standardní konstrukci a velikost osvětlovací hlavy, která za běžných okolností spadá do 10% tolerančního rozsahu, který bývá u tohoto typu požadavku na rozměry obvykle akceptován?

Námi nabízené zařízení je plně vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití.

Odpověď zadavatele

Zadavatel ve své technické specifikaci dodatečně omezil velikost hlavy požadovaného vyšetřovacího svítidla, z důvodu eliminace takových svítidel, která splňují požadovaný medicínský účel, avšak která by svou velikostí vadila a narušovala by prostorové uspořádání

J&T Advokátní kancelář Revoluční 763/15 110 00 Praha 1 +420 774 720 720 office@jtak.cz www.jtak.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

v daných místech plnění. Zadavatel trvá na zvolené maximální mezi tj. „Průměr osvětlovací hlavy svítidla max. 400 mm“, kterou určil na základě znalosti prostorového uspořádání míst instalace a na základě průzkumu trhu tak, aby se mohl veřejné zakázky zúčastnit dostatečný počet potenciálních účastníků.

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 9. 6. 2023.

V Praze dne 5. května 2023

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**