



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle
ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Pořízení vybavení pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou I“ – část 1 – Vrtací systém

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele:	Pukyňova 446, 547 01 Náchod
IČ:	26000202
DIČ:	CZ26000202
zastoupený:	RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady
V zadávacím řízení zastoupen:	J&T advokátní kancelář s.r.o. IČ 04996305 Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město, JUDr. Jan Salmon , advokát a společník Tel: + 420 774 720 720 e-mail: zakazky.rychnov@jtak.cz
Kontaktní osoba:	Bc. Michaela Kapustová , vedoucí odboru investic, nákupu a grantových projektů tel. + 420 727 986 414 e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 5. 5. 2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně pak k části 1 – Vrtací systém. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

- 1) Zadavatel uvádí v příloze č. 3_1 zadávací dokumentace – „Kupní smlouva“ konkrétně v bodě 2.3 písm. c) požadavek: c) instruktáž zdravotnického personálu kupujícího (dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zdravotnických prostředcích)) (...). K uvedenému si dovoluujeme doplnit, že instruktáž obsluhy kupujícího pro užívání v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen ZoZP), je povinnost provádět pouze v případě, kdy povinnost instruktáže stanovil výrobce. U námi nabízených produktů výrobce tuto povinnost nestanovil, a naše společnost tak není schopna/oprávněna provést instruktáž v rozsahu ZoZP. Nicméně pro zajištění maximálního uživatelského komfortu a jistoty operátora poskytujeme školení/seznámení s obsluhou, o kterém bude vydán záznam/certifikát ze školení. **Bude zadavatel akceptovat provedení školení/seznámení s obsluhou namísto instruktáže dle ZoZP?**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď zadavatele

V případě, že výrobce povinnost instruktáže výrobce nestanovil, zadavatel bude akceptovat provedení školení/seznámení s obsluhou.

V Praze dne 9. května 2023

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**