



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – pořízení majetku III – část 7 – Přístroje pro mimotělní náhradu ledvin“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Název zadavatele:	Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Sídlo zadavatele:	Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov
IČ:	26000237
DIČ:	CZ699004900
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správní rady
V zadávacím řízení zastoupen:	J&T advokátní kancelář s.r.o.
	IČ 04996305
	Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
	JUDr. Jan Salmon , advokát a společník
	Tel: + 420 774 720 720
	e-mail: office@jtak.cz
Kontaktní osoba:	Ing. Petr Kozák, technický náměstek
	+420 499 866 104
	kozak.petr@nemtru.cz
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html

1

Zadavatel obdržel dne 3. 5. 2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Tato žádost se týkala části č. 7 nadepsané veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 – chirurgický mobilní operační stůl (1 ks):

Žadatel se seznámil s obsahem zadávacích podmínek veřejné zakázky, ve kterých zjistil následující nejasnosti, které brání řádnému sestavení nabídky dle požadavků zadavatele. Žadatel proto žádá o dodatečné informace k základnímu požadavku:

Specifikace – Příloha č. 2_7 zadávací dokumentace_Technické podmínky

Zadavatel v Příloha č. 2_7_ zadávací dokumentace_Technické podmínky v části „Technická specifikace“ uvádí požadavek na „Kontinuální dávkování citrátu dle chodu krevní pumpy.“

Žadatel se domnívá, že zadavatel požaduje kontinuální dávkování citrátu po celou dobu chodu krevní pumpy, a to i při výměnách roztoků, tak aby nedošlo ke sražení mimotělního okruhu, za zachování nejvyšší bezpečnosti pro pacienta.

Znění dotazu č. 1: Požaduje zadavatel kontinuální dávkování citrátu po celou dobu chodu krevní pumpy, a to i při výměnách roztoků, tak, aby nedošlo ke sražení mimotělního okruhu a současně byla zachována bezpečnost pro pacienta s bezpečnostními prvky?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď k dotazu č. 1:

Ano, zadavatel požaduje kontinuální dávkování citrátu po celou dobu chodu krevní pumpy, a to i při výměnách roztoků, tak, aby nedošlo ke sražení mimotělního okruhu a současně byla zachována bezpečnost pro pacienta s bezpečnostními prvky.

V Praze dne 9. května 2023

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**