



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – pořízení majetku III – část 4 – Systém pro ohřev a chlazení pacienta“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Název zadavatele:	Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Sídlo zadavatele:	Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov
IČ:	26000237
DIČ:	CZ699004900
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správní rady
V zadávacím řízení zastoupen:	J&T advokátní kancelář s.r.o. IČ 04996305 Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město, JUDr. Jan Salmon , advokát a společník Tel: + 420 774 720 720 e-mail: office@jtak.cz
Kontaktní osoba:	Ing. Petr Kozák, technický náměstek +420 499 866 104 kozak.petr@nemtru.cz
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html

1

Zadavatel obdržel dne 8. 5. 2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Tato žádost se týkala části č. 4 nadepsané veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Dobrý den, v zadávací dokumentaci máte uvedenou část č.4, ale bohužel nikde není na profilu zadavatele zveřejněna a není možné odeslat žádosti o vysvětlení ZD, a proto došlo k použití části 3. Může zadavatel vysvětlit, proč není zveřejněna?

Žádost o doplnění ZD pro část č.4:

a) Zadavatel požaduje pro systém pro ohřev a chlazení pacienta „Interaktivní dotykový displej“.

Dle specifikace zadavatel požaduje plně automatický systém.

Na přístroji obsluha nastavuje pouze požadovanou teplotu pro každou příkrývku.

Zdvořile žádáme zadavatele, aby od tohoto požadavku ustoupil a umožnil tím soutěž více výrobců.

Pro požadované použití se bezpochyby nejedná o medicínsky významný parametr.

b) Zadavatel požaduje pro systém pro ohřev a chlazení pacienta „Přístroj tvoří řídící jednotka, již se ovládá současně podložka a nejméně 2 příkrývky“



Uchazeč by rád nabídnul moderní přístroj, který umožňuje řízení dvou nezávislých okruhů a má k dispozici širokou nabídku unikátních matrací, které je možné používat jako podložku a přikrývku zároveň. Tímto způsobem je zamýšlené použití umožněno.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na výše uvedený systém?

Odpověď k dotazu č. 1:

Ad a) Zadavatel trvá na původním zadání.

Ad b) Splňuje-li uchazeč zadané podmínky, je ze strany zadavatele akceptováno.

Vzhledem ke zpřístupnění části č. 4 na profilu zadavatele dne 9. 5. 2023 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12.6.2023 10:00 hodin.

V Praze dne 10. května 2023

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**