

Technická specifikace

Název VZ:	Mycí a dezinfekční automat laboratorního skla pro Oblastní nemocnici Jičín II
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální nebo maximální, zadavatel připouští **toleranční rozsah $\pm 10 \%$** , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízená zařízení jsou vyhovující pro požadovaný účel, tj. k mytí a dezinfekci laboratorního skla z provozu Centra klinických laboratoří (odbornost klinické biochemie, lékařské mikrobiologie, hematologie a transfúzní lékařství) s možností dokumentace procesů

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
1	Z101	Mycí a dezinfekční automat laboratorního skla	1
		Podstavba, rozměr 900x600x820 mm	
		Automat mycí a dezinfekční s horkovzdušným sušením	
		Sklopná dvířka na čelní straně s obslužným panelem	
		Přístroj je použitelný jako samostatně stojící nebo pro vestavbu pod pracovní deskou linky, bez krytu	
		Nerez provedení	
		Řízení: elektronické řízení s 10 programy a programovacími tlačítky s možností provádět změny různých parametrů mytí.	
		Vybavení:	
		Systém s přívodem čerstvé vody, mycí prostor z nerezové oceli	
		2 postřikovací ramena z nerezové oceli	
		Oběhové čerpadlo Qmax. = min. 340 l/min	
		Dávkovače pro tekuté i práškové prostředky	
		Sušící agregát pro horkovzdušné sušení	
		2 automatické dávkovače tekutých detergentů	
		Kondenzátor páry	
		Změkčovač vody pro studenou i teplou vodu do 70°C	
		Port pro dokumentaci procesů/výstup na tiskárnu	
		Výtlačné čerpadlo DEMI vody	
		Příslušenství:	
		Koše horní a dolní	
		Koš injektorový	
		Koš segmentový na zkumavky	
		Víceúčelový vozík k ukládání úzkohrdlého skla	
		Injektorový vozík s přípojkou pro sušící agregát pro pipety	