



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – pořízení majetku IV – část 19 Mobilní RTG přístroje –

A) Mobilní skiagrafický přímo digitální RTG přístroj

B) Mobilní C-rameno s monitorovým vozíkem

C) Mobilní C-rameno s monitory uchycenými přímo na stojanu C-ramene“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Název zadavatele:	Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Sídlo zadavatele:	Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov
IČ:	26000237
DIČ:	CZ699004900
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správní rady
V zadávacím řízení zastoupen:	J&T advokátní kancelář s.r.o.
	IČ 04996305
	Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
	JUDr. Jan Salmon , advokát a společník
	Tel: + 420 774 720 720
	e-mail: office@jtak.cz
Kontaktní osoba:	Ing. Petr Kozák, technický náměstek
	+420 499 866 104
	kozak.petr@nemtru.cz
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html

Zadavatel obdržel dne 11. 5. 2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Tato žádost se týkala části č. 19 nadepsané veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Technická specifikace

A) Mobilní skiagrafický přímo digitální RTG přístroj 2 ks s motorizovaným pohybem a akumulátorovým napájením o výkonu minimálně 32 kW vybavený bezdrátovým DR panelem o velikosti RTG kazety 35x43 cm

Zadavatel mimo jiné požaduje:
Velikost obrazové plochy min. 34,5x42,5 mm.



Bude zadavatel akceptovat nabídku přístrojů renomovaného výrobce s rozměrem aktivní obrazové plochy detektoru 35,0 x 42,1 cm, když všechny ostatní požadované parametry splňuje?

Odpověď k dotazu č. 1

Zadavatel mění dokument *02_Příloha č. 2_19_Mobilní RTG přístroje* a upravuje dotčený parametr následujícím způsobem:

A) Mobilní skiografický přímo digitální RTG přístroj 2 ks s motorizovaným pohybem a akumulátorovým napájením o výkonu minimálně 32 kW vybavený bezdrátovým DR panelem o velikosti RTG kazety 35x43 cm

(...) Velikost obrazové plochy 34,5x42,5 mm.

Aktualizovaná příloha *02_Příloha č. 2_19_Mobilní RTG* bude uveřejněna spolu s vysvětlením zadávací dokumentace na profilu dodavatele.

Lhůta pro podání nabídek se v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje do **12. 6. 2023 10:00 hodin**.

V Praze dne 11. května 2023

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**

2