

Písemná zpráva zadavatele

vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále též jen „ZZVZ“),

o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

**Pojízdný skiaskopický přístroj s C-ramenem pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad
Labem II**

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

1. Identifikační údaje zadavatelů:

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci ze dne 21. 12. 2022 pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

a

Zadavatel č. 2

Název	Městská nemocnice a.s.
Sídlo	Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO	252 62 238
DIČ	CZ 25262238
Jednající	Ing. Miroslav Vávra, CSc., předseda správní rady

2. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu pojízdného skiaskopického přístroje s C-ramenem pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem (dále jen „MNDK“). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem č. 2 - MNDK.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v **Příloze č. 1 zadávací dokumentace** – Technická specifikace, která je pro plnění předmětu této veřejné zakázky závazná (dále jen „předmět veřejné zakázky“).

Předmět dodávky dle přílohy č. 1 je dále podrobně specifikován **přílohou č. 2 zadávacích**

podmínek – návrh kupní smlouvy. Pozáruční servis je dále podrobně specifikován **přílohou č. 3 zadávacích podmínek – návrh smlouvy o poskytování servisních služeb.**

Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je zejména:

- a) doprava do místa plnění, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a předepsaných zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů;
- b) instruktáž zdravotnického personálu uživatele (dle § 41 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích – dále jen „zákon o ZP“);
- c) vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, a protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání předmětu veřejné zakázky pro určeného pracovníka uživatele, pokud má dodavatel k takovému oprávnění prokazatelný souhlas výrobce zboží;
- d) dodání předávacího protokolu, záručního a dodacího listu;
- e) poskytování komplexního záručního servisu a oprav včetně dodávky náhradních dílů;
- f) po dobu záruky (minimálně však 1x ročně) požaduje zadavatel **provedení bezpečnostně technických kontrol** dle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOZP“), které jsou nezbytné pro provoz tohoto zařízení. Dále provedení veškerých předepsaných či doporučených kontrol a revizí včetně vystavení protokolů (a to jak výrobcem, tak servisní organizací nebo právními předpisy), aby zdravotnický prostředek splňoval podmínky uvedené v ZOZP. Pokud je pro provedení bezpečnostně technických kontrol či jakýchkoliv dalších předepsaných testů vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení těchto kontrol, a proto nemůže být samostatně účtován. Poslední bezpečnostně technické kontroly musí být účastníkem provedeny nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční lhůty;
- g) **dodání dokladů**, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury NIS a PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. **návod k použití** v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD nebo přenosném USB paměťovém médiu), příslušné **certifikáty, atesty** osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii **prohlášení o shodě** (CE declaration) **a další** dle ZOZP;
- h) ekologická likvidace obalového materiálu, v němž bylo zboží dodáno;
- i) poskytování pozáručního servisu po dobu 5 let (po skončení záručního servisu).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV

33100000-1 – Zdravotnické přístroje

33111400-5 – Rentgenové skiaskopické přístroje

33111000-1 – Rentgenové přístroje

33168100-5 – Přístroje pro operační sály

3. Cena sjednaná ve smlouvě:

- 1) Kupní smlouva: 1 491 750,- Kč bez DPH; 1 805 017,50 s DPH
2) Servisní smlouva: 529 750,- Kč bez DPH; 640 997,50 s DPH

4. Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

5. Označení účastníků zadávacího řízení:

Číslo nabídky	Obchodní firma a sídlo účastníka	IČO	Celková cena v Kč bez DPH
1E	MEDIFINE a.s. Šumavská 416/15, 602 00 Brno	277 18 948	2 021 500

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Nikdo nebyl vyloučen.

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:

Nabídka MEDIFINE a.s., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO 277 18 948, s nabídkovou cenou 2 021 500,- Kč bez DPH., po posouzení splnění podmínek účasti splnila zákonem a zadavatelem stanovené podmínky v zadávacích podmínkách.

Vzhledem ke skutečnosti, že byla podána jediná nabídka, hodnotící komise neprováděla hodnocení dle § 122 odst. 2 zákona a bylo přistoupeno k posouzení splnění podmínek účasti.

8. Označení poddodavatele:

Siemens Healthcare, s. r.o., Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4 – Příklad, instalace, instruktáž, servis

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu:

Nepoužito.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:

Nepoužito.

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků:

Jiné komunikační prostředky při podání nabídky použity nebyly, podání nabídek bylo prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje EZAK.

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:

Nebylo zadáno v nadlimitním režimu.

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ:

Nepoužito.

V Hradci Králové dne 22. 5. 2023

Královéhradecký kraj

Mgr. Jitka Bučková

oddělení veřejných zakázek

na základě pověření