



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – pořízení majetku III – část 4 – Systém pro ohřev a chlazení pacienta“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Název zadavatele:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

Osoba oprávněná jednat:

V zadávacím řízení zastoupen:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov

26000237

CZ699004900

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správní rady

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: office@jta.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Kozák, technický náměstek

+420 499 866 104

kozak.petr@nemtru.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html

Zadavatel obdržel dne 22. 5. 2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Tato žádost se týkala části č. 4 nadepsané veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Zadavatel v rámci zadávací dokumentace požaduje u části 4 VZ nazvané „Systém pro ohřev a chlazení pacienta“ aby dodaný přístroj obsahoval „Interaktivní dotykový displej“.

Dodavatel upozorňuje, že systém pro ohřev pacienta s interaktivní displejem nabízí pouze jeden výrobce na světě a to společnost Augustine Surgical.

V případě ohřevu pacienta nemá tento požadavek žádné medicínské opodstatnění.

Specifikace tak ve své podstatě předurčuje dodávku přístroje pouze jednoho výrobce, čímž Zadavatel fakticky omezil soutěž mezi dodavateli.

Dodavatel žádá Zadavatele, aby od tohoto požadavku na interaktivní dotykový displej upustil.

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel žádosti nevyhovuje a na požadavku na interaktivní dotykový displej trvá.

V rámci zajištění bezpečnosti pacienta je potřeba, aby interaktivní displej stavu zobrazoval ovládání všech ohřívacích prvků přehledně na jednom displeji a aby šlo jedním dotykem ovládat obrazovku s okamžitou odezvou na požadavek provedení změny stavu u aktuálního ohřívacího prvku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne 24. května 2023

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**