



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – pořízení majetku III – Část 10: Infuzní technika – Infuzní pumpa, Dávkovač, Dokovací stanice“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Název zadavatele:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

Osoba oprávněná jednat:

V zadávacím řízení zastoupen:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov

26000237

CZ699004900

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správní rady

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Kozák, technický náměstek

+420 499 866 104

kozak.petr@nemtru.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html

Zadavatel obdržel dne 23. 5. 2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Tato žádost se týkala části č. 10 nadepsané veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Zadavatel v původní zadávací dokumentaci požadoval počet pozic v dokovací stanici 6. Po zveřejnění vysvětlení jednoho z uchazečů, který argumentoval mimo jiné nedostatečným počtem dokovacích stanic pro celkový počet přístrojů zadavatel změnil technickou specifikaci, aniž kdokoliv vznesl dotaz na počet pozic a požaduje nově počet pozic 4. Celkový počet dokovacích stanic přitom zůstal nezměněný. Počet přístrojů, které je možné umístit do dokovacích stanic, se tak ještě snížil.

Domníváme se, že požadovat přesný počet pozic v dokovací stanici je diskriminačním prvkem, který omezuje možnost nabídnout řešení od více různých dodavatelů a je v přímém rozporu s předchozí úpravou zadavatele, kdy zadavatel chce rozšířit počet možných dodavatelů.

Bude prosím zadavatel akceptovat i větší počet pozic v dokovací stanici, například 5 nebo více?

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na znění v technické specifikaci.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne 26. května 2023

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**