



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – pořízení majetku III – Část 10: Infuzní technika – Infuzní pumpa, Dávkovač, Dokovací stanice“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Název zadavatele:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

Osoba oprávněná jednat:

V zadávacím řízení zastoupen:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov

26000237

CZ699004900

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správní rady

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Kozák, technický náměstek

+420 499 866 104

kozak.petr@nemtru.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html

Zadavatel obdržel dne 23. 5. 2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Tato žádost se týkala části č. 10 nadepsané veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č. 2_10_Infuzní technika - změna1a, zadavatel požaduje:

U Infuzní pumpy: přehledný čitelný displej s úhlopříčkou min. 4“ pro zobrazení důležitých parametrů infuze...

Zadavatel v reakci na dotazy ve vysvětlení zadávací dokumentace č.1 navrhl v kombinaci s dotykovým displejem požadavek na minimální úhlopříčku 4“. Původně ve své technické specifikace v kombinaci s membránovými tlačítky tuto limitaci neměl. Dodavatel upozorňuje, že při použití displeje v kombinaci s plnohodnotnou membránovou klávesnicí není potřeba takového rozsahu v palcích. Navíc, primárně z pohledu displeje je důležitějším parametrem jeho celková plocha.

Bude zadavatel akceptovat přehledný čitelný dotykový displej, který zahrnuje úhlopříčku min. 4“ nebo přehledný čitelný displej doplněný membránovou klávesnicí o minimální ploše 20 cm²?



Odpověď na dotaz 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat přehledný čitelný dotykový displej, který zahrnuje úhlopříčku min. 4" nebo přehledný čitelný displej doplněný membránovou klávesnicí o minimální ploše 20 cm².

Dotaz č. 2

U Lineárního dávkovače: nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min. 0,1–1500 ml/h.

Bude zadavatel akceptovat běžně používaný rozsah rychlosti přístroje 0,1- 1200ml/h?

Infuzním dávkovačem se podávají léčiva, která je potřeba dávkovat přesně s ohledem na potenciální reakci pacienta a hemodynamickou stabilitu, která není zaručena při vysokých rychlostech.

Odpověď na dotaz 2:

Zadavatel trvá na původním znění.

Dotaz č. 3

3. U Lineárního dávkovače: rychlost bolusu 0,1–1500 ml/h.

Bude zadavatel akceptovat běžně používaný rozsah rychlosti přístroje 0,1- 1200ml/h?

Infuzním dávkovačem se podávají léčiva, která je potřeba dávkovat přesně s ohledem na potenciální reakci pacienta a hemodynamickou stabilitu, která není zaručena při vysokých rychlostech.

2

Odpověď na dotaz 3:

Zadavatel trvá na původním znění.

Dotaz č. 4

4. U Lineárního dávkovače: objem bolusu 0,1–999 ml.

Praktická velikost bolusu je limitovaná velikostí použité stříkačky. Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje maximální velikost stříkačky 50/60 ml, je objem bolusu v rozsahu 0,1-999 ml neopodstatněný. **Bude zadavatel akceptovat objem bolusu v rozsahu 0,1-99,9 ml?**

Odpověď na dotaz 3:

Zadavatel mění tento parametr objemu bolusu na 0,1-50 ml.

Dotaz č. 5

5. U Lineárního dávkovače: přehledný čitelný displej s úhlopříčkou min. 4" pro zobrazení důležitých parametrů infuze...

Zadavatel v reakci na dotazy ve vysvětlení zadávací dokumentace č.1 navrhl v kombinaci s dotykovým displejem požadavek na minimální úhlopříčku 4". Původně ve své technické specifikace v kombinaci s membránovými tlačítky tuto limitaci neměl. Dodavatel upozorňuje, že při použití displeje v kombinaci s plnohodnotnou membránovou klávesnicí není potřeba takového rozsahu v palcích. Navíc, primárně z pohledu displeje je důležitějším parametrem jeho celková plocha. **Bude zadavatel akceptovat přehledný čitelný dotykový displej, který zahrnuje úhlopříčku min. 4" nebo přehledný čitelný displej doplněný**



membránovou klávesnicí o minimální ploše 20 cm²?

Odpověď na dotaz č. 5:

Ano, zadavatel bude akceptovat přehledný čitelný dotykový displej, který zahrnuje úhlopříčku min. 4" nebo přehledný čitelný displej doplněný membránovou klávesnicí o minimální ploše 20 cm².

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27. 6. 2023.

V Praze dne 26. května 2023

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**