

## Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

<b>Veřejná zakázka</b>	<b>Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou II - část 3: Infuzní technika</b>
<b>Ev. č. VVZ</b>	Z2023-020333
<b>Zadavatel</b>	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
<b>Způsob zadání</b>	Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

---

**Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele doručené dne 23. 05.2023.**

### **Dotaz č. 1**

Zadavatel požaduje v technické specifikaci lineární dávkovače vč. TIVA-TCI (8 ks) následující parametr: *Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi*. Akceptuje zadavatel dodání přístrojů s funkcionalitami TIVA-TCI od stejného výrobce, ve vyšší přístrojové řadě, kdy kompatibilita s dokovacími stanicemi bude nahrazena dokovacími stanicemi pro tento typ přístrojů pro přesný počet poptávaných přístrojů (8 ks)? Jedná se běžný postup, který zajistí účast dalších uchazečů a zároveň zaručí zadavateli přístroje vyšších parametrů, než je požadováno v technické specifikaci.

### **ODPOVĚĚ ONN na dotaz č. 1:**

Zadavatel upravuje znění požadavku "*Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi*", u položky lineární dávkovače vč. TIVA-TCI (8 ks) a nově požaduje: *Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi*. V případě nutnosti dodání přístrojů nekompatibilních s nabídnutými dokovacími stanicemi je požadován u každého z těchto 8 ks přístrojů držák na infuzní tyč.

### **Dotaz č. 2**

Zadavatel požaduje technické specifikaci pro lineární dávkovače a infuzní pumpy shodně parametr: *Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice*.

Většina výrobců infuzní techniky již nabízí přístroje s moderními, barevnými, tlakovými dotykovými displeji, které lze bez problémů ovládat i v mokřích rukavicích. Dotykové displeje jsou zároveň součástí i jiných zdravotnických prostředků a pro obsluhující personál je nastavování parametrů prostřednictvím dotykových displejů velice jednoduché a intuitivní.

Akceptuje zadavatel následující řešení: *Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice*. Pokud je u infuzní techniky k nastavování parametrů infuze využíván dotykový displej musí mít displej uhlopříčku min. 4". Přístroj musí mít zároveň fyzické (membránové) tlačítko STOP pro zastavení infuze.

Změna parametru zaručí účast dalších uchazečů v tomto výběrovém řízení. V opačném případě považujeme parametr za diskriminační upřednostňující konkrétního dodavatele.

### **ODPOVĚĚ ONN na dotaz č. 2:**

Zadavatel upravuje znění požadavku a bude akceptovat zařízení včetně parametru: *„Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice nebo ovládání pomocí dotykového displeje s uhlopříčkou min. 5“*. Přístroj musí mít z bezpečnostního hlediska alespoň fyzické (membránové) tlačítko STOP pro zastavení infuze a zámek dotykového displeje proti nechtěnému dotyku.“

Zadavatel upravuje přílohu č. 3 zadávacích podmínek - Technická specifikace. Aktualizovaná Technická specifikace je přílohou tohoto vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace

**Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změny.**

#### **Lhůta pro podání nabídek**

S ohledem na charakter změn prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. Lhůta pro podání nabídek končí **30.6.2023 v 13:00 hod.**

#### **Příloha**

Příloha č. 3 zadávacích podmínek – technická specifikace – OPRAVA\_1

V Hradci Králové

Za zástupce zadavatele na základě pověření