



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – pořízení majetku III – Část 10: Infuzní technika – Infuzní pumpa, Dávkovač, Dokovací stanice “

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Název zadavatele:	Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Sídlo zadavatele:	Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov
IČ:	26000237
DIČ:	CZ699004900
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správní rady
V zadávacím řízení zastoupen:	J&T advokátní kancelář s.r.o.
	IČ 04996305
	Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
	JUDr. Jan Salmon , advokát a společník
	Tel: + 420 774 720 720
	e-mail: office@jtak.cz
Kontaktní osoba:	Ing. Petr Kozák, technický náměstek
	+420 499 866 104
	kozak.petr@nemtru.cz
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html

1

Zadavatel obdržel dne 26. 5. 2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Tato žádost se týkala části č. 10 nadepsané veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

V ZD konkrétně v části 10, v příloze č. 2_10_Infuzní technika – změna 1a, zadavatel požaduje u infuzní pumpy:

Infuzní pumpa umožňuje přesné dávkování léčiva a infuzních roztoků u neonatologických i dospělých pacientů.

Bude zadavatel požadovat použití běžných infuzních setů od více výrobců s použitím bezpečnostního inf. setu s funkcí AIR-STOP v kapkové komůrce? Použití těchto inf. setů zároveň výrazně zlevňuje provoz.

Odpověď na dotaz 1:

Ano, zadavatel požaduje použití běžných infuzních setů od více výrobců s použitím bezpečnostního inf. setu s funkcí AIR-STOP v kapkové komůrce.

Dotaz č. 2

V ZD konkrétně v části 10, v příloze č. 2_10_Infuzní technika – změna 1a, zadavatel požaduje u infuzní pumpy:

Nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min. 0,1–1200 ml/h.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Bude zadavatel akceptovat rychlost dávkování v rozmezí min. 0,1–1000 ml/h?

Odpověď na dotaz 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat rychlost dávkování v rozmezí min. 0,1–1000 ml/h.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 29. 6. 2023.

V Praze dne 28. května 2023

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**