



ZMĚNA / VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(v souladu s §§ 98 a 99, odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále též jen „ZZVZ“)

Zadavatel:

Název zadavatele: **Oblastní nemocnice Jičín a.s.**
Sídlo zadavatele: Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
IČO: 26001551
DIČ: CZ699004900
Osoba oprávněná jednat: MUDr. Daniel Malý, předseda správní rady
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_301.html

Vážení,

výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující změnu či vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 7: Část 1: RTG DR skiografie mobilní

V zadávacích podmínkách pro pojízdňé skiografické RTG přístroje jsou uvedeny některé požadavky, které poukazují na kategorii plně bateriového přístroje (hmotnost přístroje, předpokládaná cena atd.) tj. přístroj, kde motorický pojezd i rtg. expozice jsou napájeny z integrované velkokapacitní baterie a nevyžadují připojení k el. síti. Jiné požadavky Zadavatele zase poukazují na kategorii přístroje, který je při rtg. Expozici napájen z el. sítě a kde ani motorický pojezd nemusí být napájen z baterie. Pouze musí být vybaven integrovanou baterií – UPS – která má sloužit jen pro ochranu dat a korektní vypnutí systému při výpadku el. energie.

Jedná se o dvě zcela jiné kategorie pojízdňých skiografických RTG přístrojů, které jsou výrazně rozdílné jak z hlediska klinicko-užitných vlastností, tak zejména z hlediska cenové úrovně. Vyšší kategorie plně bateriových přístrojů nemůže cenově konkurovat nižší kategorii nebateriových přístrojů, protože podstatnou část ceny přístroje tvoří integrovaná velkokapacitní baterie. Respektive může konkurovat, pokud by tato skutečnost byla přiměřeně zohledněna Zadavatelem v technických a funkčních vlastnostech při hodnocení nabídek. Tak tomu v tomto případě ale není, přestože mají být nabídky hodnoceny na základě poměru nabídkové ceny a kvality.

Žádáme Zadavatele, aby jednoznačně vymezil kategorii pojízdňého skiografického RTG přístroje, kterou požaduje. Ve snaze předejít dalším nejasnostem či vzájemnému nepochopení, pokládáme tyto dílčí dotazy:

- a) Požaduje Zadavatel, aby byl přístroj při rtg. expozici napájen pouze z el. sítě?
- b) Požaduje Zadavatel, aby přístroj dokázal provést rtg. expozici bez nutnosti připojení k el. síti tj. z baterie integrované v přístroji?



- c) Požaduje Zadavatel, aby byl motorický pojezd přístroje napájen z baterie integrované v přístroji?
- d) Musí být přístroj schopen připojení do speciální el. zásuvky (viz příloha č.6 ZD), jestliže je vybaven integrovanou baterií s kapacitou na provedení 200 rtg. expozic?
- e) Musí být přístroj vybavený záložní baterií – UPS – pro ochranu dat a korektní vypnutí systému v případě výpadku el. energie, jestliže je vybaven integrovanou baterií s kapacitou na 8 hodin plnohodnotného provozu?

Odpověď:

- a) Ne, zadavatel požaduje, aby měl přístroj při rtg expozici možnost napájení i z integrované baterie.
- b) Ano, zadavatel požaduje, aby přístroj dokázal provést rtg expozici bez nutnosti připojení k el. síti, tj. z baterie, integrované v přístroji.
- c) Ano, zadavatel požaduje, aby byl motorický pojezd přístroje napájen z baterie, integrované v přístroji.
- d) Ano, zadavatel požaduje, aby byl přístroj schopen připojení do speciální jednofázové el. zásuvky 230V, určené pro napájení rtg přístrojů.
- e) Pokud je přístroj vybaven integrovanou baterií pro zajištění plnohodnotného provozu i bez napájení ze sítě 230V, zadavatel nepožaduje, aby byl současně vybaven i záložní baterií (UPS) pro ochranu dat a korektní vypnutí systému v případě výpadku el. energie, neboť zadavatel předpokládá, že integrovaná baterie pokryje veškerou spotřebu přístroje, pokud není napájen z el. sítě 230V.

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 8: Část 1: RTG DR skiografie mobilní

Zadavatel na výše uvedeném místě požaduje, aby byl horizontální výsuv ramene nabízeného přístroje min. 50 cm. Tento parametr je nám nejasný, protože je pouze dílčím parametrem, který bez dalších parametrických požadavků nedává praktický význam. Pro snímkování na lůžku je jistě výsuv ramene klinicky důležitým parametrem. Horizontální **dosah** rentgenky s kolimátorem musí být dostatečný, aby umožnil komfortní a bezpečné snímkování pacienta ležícího na lůžku i v případě, že se jedná o postel s nadstandardními rozměry.

Vzhledem k tomu, že výrobci používají různé konstrukce teleskopicky výsuvných ramen, může mít přístroj s menším výsuvem ve skutečnosti delší dosah díky jiné konstrukci pevné – nevýsuvné části ramene než přístroj s delším výsuvem.

Klinicky významným parametrem pro snímkování je tak ve skutečnosti horizontální **dosah** rentgenky od hrany přístroje. Tato hodnota určuje, zda lze bezpečně a správně nastavit rentgenku pro snímkování pacienta i na lůžku s nadstandardní šířkou.

Bude Zadavatel akceptovat nabídku přístroje, jehož výsuv ramene je menší než 50 cm, ale horizontální vzdálenost ohniska rentgenky od středu sloupu přístroje je 120 cm resp. vzdálenost od hrany přístroje je 90 cm?

Odpověď:

Zadavateli jde o to, aby bylo možno snímkovat pacienta na lůžku, resp. aby ohnisko rentgenky dosáhlo minimálně do středu ložné plochy resuscitačních lůžek, což je v našem případě min. 50 cm. Pro zadavatele není rozhodující, jakým technickým řešením toho bude dosaženo. Z tohoto důvodu zadavatel akceptuje navrhované řešení tazatele, kdy vzdálenost ohniska rentgenky od hrany přístroje je 90 cm.



Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 9: Část 1: RTG DR skiografie mobilní

Zadavatel na výše uvedeném místě požaduje, aby byl nastavitelný rozsah napětí při expozici min. v rozsahu až 130 kV. Běžným požadavkem je rozsah napětí až 125 kV. Z klinického hlediska není při snímkování pacienta na lůžku potřeba expozic s vyšším anodovým napětím.

Bude Zadavatel akceptovat nabídku přístroje, jehož nastavitelný rozsah napětí pro expozici na přístroji je 40 – 125 kV?

Odpověď:

Rozsah napětí 40 - 130 kV, stanovený zadavatelem, splňuje více dodavatelů na trhu v požadované kategorii mobilních skiografických RTG přístrojů. Z tohoto důvodu zadavatel trvá na původním požadavku rozsahu anodového napětí min. 40 - 130 kV.

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 10: Část 1: RTG DR skiografie mobilní

Zadavatel na výše uvedeném místě požaduje, aby byl přístroj vybaven napájecím kabelem s automatickým navíjením, který by byl připojitelný do speciální jednofázové síťové zásuvky 230V. Vzhledem k omezením vyplývajícím z automatického navíjení kabelu máme pochybnosti, zda při rtg. expozici napájené ze speciální zásuvky pro napájení RTG přístrojů bude délka napájecího kabelu dostatečná pro pokrytí všech lůžek na ARO a JIP.

Žádáme Zadavatele, aby potvrdil, že napájecí kabel o délce 3 metry odpovídá potřebě Zadavatele pro zamýšlené snímkování pacientů na lůžku na oddělení ARO a JIP.

Odpověď:

Napájecí kabel o délce 3 metry odpovídá potřebě zadavatele pro zamýšlené snímkování pacientů na lůžku na odděleních ARO a JIP, neboť vzdálenost speciálních jednofázových síťových zásuvek 230V od lůžek pacientů vyhovuje navrhované délce kabelu.

Změna zadávací dokumentace č. 11: Část 1: RTG DR skiografie mobilní

Vzhledem k povaze změn zadávacích podmínek veřejné zakázky rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o celou její původní délku trvání, tedy 34 kalendářních dnů. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena, na: 3. 7. 2023, 10:00 hod.

Přílohy ZZD:

- 1) Příloha č. 2_ZD_Technické podmínky_ÚPRAVA29052023

V Praze

Eva Dlouhá

enovation s.r.o.

zástupce zadavatele § 43 ZZVZ