



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

**„Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – pořízení majetku III – Část 10:
Infuzní technika – Infuzní pumpa, Dávkovač, Dokovací stanice“**

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Název zadavatele:	Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Sídlo zadavatele:	Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov
IČ:	26000237
DIČ:	CZ699004900
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správní rady
V zadávacím řízení zastoupen:	J&T advokátní kancelář s.r.o.
	IČ 04996305
	Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
	JUDr. Jan Salmon , advokát a společník
	Tel: + 420 774 720 720
	e-mail: office@jtak.cz
Kontaktní osoba:	Ing. Petr Kozák, technický náměstek
	+420 499 866 104
	kozak.petr@nemtru.cz
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html

Zadavatel obdržel dne 30. 5. 2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Tato žádost se týkala části č. 10 nadepsané veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Zadavatel dne 15.5.2023 poskytl dodavateli vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadavatele nazvané „Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – Pořízení majetku III.“, ev. č. Z2023-015123 a to včetně části 10 VZ: „Infuzní technika - Infuzní pumpa, Dávkovač, Dokovací stanice“ dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVeřZ“).

V odpovědi číslo 2 na dotaz číslo 2 týkající se podmínky ohledně ovládání přístroje pomocí foliové klávesnice resp. dotykového displeje Zadavatel v rámci vysvětlení uvedl: „Displej u infuzní techniky musí být čitelný a přehledný. U displeje je požadována úhlopříčka min 4“ a přístroj musí mít zároveň fyzické (membránové) tlačítko „STOP“ pro zastavení infuze.“ Dodavatel tímto činí ve smyslu ust. §. 98 odst. 3 ZZVZ ještě dodatečnou ž á d o s t o v y s v ě t l e n í zadávací dokumentace k právě uvedené odpovědi Zadavatele.

Dodavatel má v nabídce nižší řadu infuzní techniky s úhlopříčkou displeje 4“, přičemž tento displej je necelé tři centimetry vysoký a vyšší řadu infuzní techniky s úhlopříčkou displeje 3“, který je vysoký přes čtyři centimetry a umožňuje vhodnější rozložení softwaru pro snadnou obsluhu. Dodavatel by rád nabídnul zadavateli vyšší řadu infuzní techniky, ale požadavek na



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

úhlopříčku to nedovoluje. Bude Zadavatel akceptovat nabídku na infuzní techniku s úhlopříčkou displeje 3" pokud bude výška displeje větší než 4 centimetry?

Odpověď na dotaz 1:

Zadavatel trvá na původním znění.

V Praze dne 2. června 2023

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**