

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou III - část 1: Elektrochirurgická jednotka s argon koagulací
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Způsob zadání:	Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele a dále z vlastního podnětu.

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci, která je přílohou č. 3 Zadávací dokumentace požaduje „Bipolární koagulace velkých cév a tkání o tloušťce do 7 mm“. Bude Zadavatel akceptovat nabídku jednotky bez tohoto módu?

Zdůvodnění: Bipolární koagulace velkých cév a tkání o tloušťce do 7 mm nemá využití ani nástroje pro endoskopii, jedná se o mód určený výhradně pro laparoskopickou a otevřenou operativu.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na požadavcích technické specifikace dle přílohy č. 3 zadávacích podmínek. Zadavatel za vydané finanční prostředky požaduje přístroj, který bude v čase univerzální pro výkony na všech jeho potenciálních pracovištích, přičemž požadovanou funkcionalitou disponuje na trhu dostatečný počet výrobků pro předpoklad řádného průběhu zadávacího řízení.

Dále zadavatel z důvodu administrativních chyb mění body 6.4 zadávacích podmínek a přílohu č. 2 zadávacích podmínek – Návrh kupní smlouvy.

Bod 6.4 zadávacích podmínek se mění takto: vypouští se poslední věta „Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá seznam poskytnutých dodávek vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat závazek, že jiná osoba bude realizovat plnění, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.“, když dle § 83 odst. 2 zákona požadavek pro dodávky neplatí.

V čl. III. bodu 3b) návrhu kupní smlouvy je uveden odkaz na již neplatný zákon o zdravotnických prostředcích, tj. v této souvislosti **zadavatel mění přílohu č. 2 zadávacích podmínek s uvedením správného č. zákona → tato nová příloha je přílohou tohoto vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace.**

Zadavatel tímto nemění zadávací podmínky, pouze upravuje textace, v nichž se vyskytovaly administrativní chyby, tak, aby byly souladné s platnými zákony.

Všechny ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

Příloha

Příloha č. 2 zadávacích podmínek – Návrh kupní smlouvy

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

v Hradci Králové