

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 7. 6. 2023

ZADAVATEL: Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Sídlem: Purkyňova 446, 547 01 Náchod

Zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

IČO: 26000202

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Pořízení přístrojového vybavení do nemocnice Rychnov nad Kněžnou část 9 – odsávačka elektrická

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-023270

Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „**ZD**“) vztahující se k předmětné veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení ZD na základě žádosti dodavatele, kterou obdržel dne 6. 6. 2023. Zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti o vysvětlení ZD.

Dotaz č. 1

„Zadavatel požaduje splnění parametru: Pístový odsávací systém. Účastník by rád nabídnul vysoce kvalitní odsávačky, které mají bezúdržbový membránový motor. Máme za to, že z uživatelského hlediska se jedná o nevýznamnou odchylku od zadání při zachování ostatních požadovaných parametrů. Odsávačky navíc disponují vyšším maximálním podtlakem a vyšším sacím výkonem než požaduje zadavatel, čímž se zvyšuje užitná hodnota odsávačky a její praktické/klinické využití. Jedná se o alternativní technické řešení, které je kvalitativně srovnatelné s požadavkem zadavatele.

Bude zadavatel akceptovat nabídku odsávaček s bezúdržbovým membránovým motorem?“

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel pro své pracoviště primárně požaduje odsávačku s tichým chodem bez vibrací a s dlouhou životností odsávacího systému. Proto trvá na znění technické specifikace a nebude tedy akceptovat nabídku odsávaček s bezúdržbovým membránovým motorem.

Toto vysvětlení ZD je v souladu se zákonem uveřejněno na profilu Zadavatele

Advokátní kancelář Chrenek, Toman, Kotrba spol. s r.o.
JUDr. Martin Lehocký, advokát
zástupce zadavatele