



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – pořízení majetku IV – část 19–A) Mobilní skiagrafický přímo digitální RTG přístroj B) Mobilní C-rameno s monitorovým vozíkem C) Mobilní C-rameno s monitory uchycenými přímo na stojanu C-ramene“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Název zadavatele:	Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Sídlo zadavatele:	Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov
IČ:	26000237
DIČ:	CZ699004900
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správní rady
V zadávacím řízení zastoupen:	J&T advokátní kancelář s.r.o.
	IČ 04996305
	Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
	JUDr. Jan Salmon , advokát a společník
	Tel: + 420 774 720 720
	e-mail: office@jtak.cz
Kontaktní osoba:	Ing. Petr Kozák, technický náměstek
	+420 499 866 104
	kozak.petr@nemtru.cz
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html

Zadavatel obdržel dne 30. 5. 2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Tato žádost se týkala části č. 19 nadepsané veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Ve zveřejněném vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 11.5.2023 k části 19. Mobilní RTG přístroje, zadavatel na náš dotaz, zda bude zadavatel akceptovat nabídku přístrojů renomovaného výrobce s rozměrem aktivní obrazové plochy detektoru 35,0 x 42,1 cm uveřejnil změnu požadovaných parametrů u velikosti obrazové plochy na min. 34,5 x 42,5 mm

Chápeme tedy správně, že zadavatel neakceptuje nabídku přístroje s detektorem o velikosti obrazové plochy detektoru 35,0 x 42,1 cm, nebo se jedná o administrativní chybu?

Námi nabízený detektor převyšuje jeden parametr o 0,5 cm a nesplňuje druhý parametr o 0,4 cm, detektory tohoto výrobce se stejnou velikostí obrazové plochy (35,0x42,1 cm) jsou aktuálně využívány bez jakýchkoliv problémů na Radiodiagnostickém oddělení zadavatele.



Bude zadavatel akceptovat nabídku přístrojů s detektory s rozměrem velikosti obrazové plochy 35,0x42,1 cm?

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel ve vysvětlení č.1 ze dne 11. 5. 2023 upravil technickou specifikaci – velikost obrazové plochy 34,5 x 42,5 mm. Tím, že se již nejedná o hraniční (minimální) rozměr, se na toto kritérium vztahuje ustanovení ze strany č.1 Technických podmínek:

„Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 5 % od uvedených technických parametrů“.

Lhůta se tímto vzhledem k prodlevě při poskytnutí vysvětlení prodlužuje do 17. 7. 2023.

V Praze dne 7. června 2023

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**