



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Infuzní technika“

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2023-020459

Číslo oznámení v TED: 2023/S 096-299279

(dále též „VZ“ nebo „Zadávací řízení“)

ZADAVATEL: Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Sídlo: Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

IČO: 26001551

Zastoupen: MUDr. Daniel Malý, předseda správní rady

(dále jen „Zadavatel“)

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám výše uvedený Zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávacích podmínek vztahující se k výše uvedené VZ.

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje shodně pro lineární dávkovač a infuzní pumpy splnění parametru: „Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice“

Většina výrobců infuzní techniky již nabízí přístroje s moderními, barevnými, tlakovými dotykovými displeji, které lze bez problémů ovládat i v mokřích rukavicích. Dotykové displeje jsou zároveň součástí i jiných zdravotnických prostředků a pro obsluhující personál je nastavování parametrů prostřednictvím dotykových displejů velice jednoduché a intuitivní.

Akceptuje zadavatel následující řešení: *Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice. Pokud je u infuzní techniky k nastavování parametrů infuze využíván dotykový displej, musí mít displej úhlopříčku min. 3,5". Příklad musí mít zároveň fyzické (membránové) tlačítko STOP pro zastavení infuze.*

Změna parametru umožní účast více uchazečům v tomto výběrovém řízení. V opačném případě považujeme parametr za diskriminační upřednostňující konkrétního dodavatele.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavateli je známo, že uvedený požadavek splňuje více výrobců infuzní techniky. Ovládání pomocí fóliové klávesnice dává na rozdíl od dotykového displeje personálu zpětnou vazbu a jistotu v použití, a to obzvláště při uvažovaných velikostech displejů s úhlopříčkou cca 3 - 3,5". Sám tazatel uvádí, že pro zastavení infuze musí být k dispozici fyzické tlačítko. Plnohodnotná fóliová klávesnice pro ovládání infuzní techniky je pro zadavatele na základě dlouhodobé dobré praxe vhodnějším a taktéž požadovaným řešením.

Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách v nezměněné podobě.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje pro infuzní pumpy splnění parametru: „Mechanická manipulace s dvířky“

Účastník má v úmyslu nabídnout infuzní pumpy, které mají dvířka technicky řešené, jako elektromechanická. Toto technické řešení s sebou nenese žádné nevýhody a nemá negativní vliv na medicínský účel pořizované infuzní pumpy. Výhodou takového technického řešení je například to, že dvířka nelze otevřít při právě probíhající infuzi, což významně zvyšuje bezpečnost při provozu infuzních pump.

Bude zadavatel akceptovat nabídku infuzních pump s takovým alternativním řešením, kde dvířka jsou elektromechanická?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Mechanická dvířka významně snižují riziko poruchy a umožňují rychlejší manipulaci s dvířky jak při otevírání, tak při zavírání a urychlují výměně setu. Z uživatelského hlediska jde o jednoduché, ekonomicky přívětivé a léty prověřené řešení, které je stále využíváno předními výrobci infuzní techniky.

Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách v nezměněné podobě.

S pozdravem

.....
Ing. Šárka Kadlecová
zaměstnanec Zástupce zadavatele