

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou III - část 4: Endoskopická věž
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Způsob zadání:	Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele a dále z vlastního podnětu.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje u položky Videogastroskop s širokým pracovním kanálem minimálně 6 mm pracovní kanál. Na základě důkladných znalostí aktuálního trhu se uchazeč domnívá, že produkt, který by požadované specifikaci vyhovoval, navíc v kontextu kompatibility v rámci celé sestavy, nelze pořídit. Bude zadavatel akceptovat nabídku HDTV videogastroskopu s pracovním kanálem o průměru alespoň 3,7 mm?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel obdržel z průzkumu trhu informaci, že videogastroskop s pracovním kanálem 6 mm je na aktuálním trhu dostupný a z hlediska klinických požadavků daného pracoviště by byl takový nejvhodnější. Nicméně zadavatel připouští i tazatelem nabízené řešení, tedy HDTV videogastroskop s pracovním kanálem alespoň 3,7 mm.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje u položky Zdroj světla provedení s technologií LED s min. životností alespoň 10000 provozních hodin. Uchazeč předpokládá vzhledem k medicínálnímu účelu a investičnímu záměru, že poptávané přístroje musí splňovat aktuální trendy s určitou technologickou rezervou. V současnosti takto definované přístroje obsahují LED světelný zdroj využívající technologii alespoň 3 LED diod, která zaručuje optimální bílé světlo pro běžná vyšetření a zároveň nabízí i možnosti efektivní modulace pásem vlnových délek pro využití pokročilých diagnostických/zobrazovacích metod. Je tento předpoklad správný? Případně mohl by zadavatel požadovanou konstrukci upřesnit?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel získal povědomí o existujících LED technologiích zdrojů světla v průzkumu trhu a měl v rámci definice požadované endoskopické sestavy na mysli zdroj světla založený na integrovaných 3, 4 nebo 5 LED. Zadavatel proto na základě dotazu zpřesňuje znění technické specifikace: „Technologie využívající min. 3 integrovaných LED s životností min. 10000 hodin.“

Zároveň zadavatel mění přílohu č. 3 zadávacích podmínek (Technická specifikace) → tato nová příloha je přílohou tohoto vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace.

Dále zadavatel z důvodu administrativních chyb mění body 6.4 zadávacích podmínek a přílohu č. 2 zadávacích podmínek – Návrh kupní smlouvy.

Bod 6.4 zadávacích podmínek se mění takto: vypouští se poslední věta „Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá seznam poskytnutých dodávek vztahující se k takové

osobě, musí písemný závazek obsahovat závazek, že jiná osoba bude realizovat plnění, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.“, když dle § 83 odst. 2 zákona požadavek pro dodávky neplatí.

V čl. III. bodu 3b) návrhu kupní smlouvy je uveden odkaz na již neplatný zákon o zdravotnických prostředcích, tj. v této souvislosti **zadavatel mění přílohu č. 2 zadávacích podmínek (Návrh kupní smlouvy) s uvedením správného č. zákona → tato nová příloha je přílohou tohoto vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace.**

Zadavatel tímto nemění zadávací podmínky, pouze upravuje textace, v nichž se vyskytovaly administrativní chyby, tak, aby byly souladné s platnými zákony.

Všechny ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

Přílohy

Příloha č. 2 zadávacích podmínek – Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 3 zadávacích podmínek – Technická specifikace

Lhůta pro podání nabídek

S ohledem na charakter změny prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. Lhůta pro podání nabídek končí **12. 7. 2023 ve 14:00.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření

v Hradci Králové