



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Infuzní technika“

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2023-020459

Číslo oznámení v TED: 2023/S 096-299279

(dále též „VZ“ nebo „Zadávací řízení“)

ZADAVATEL: Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Sídlo: Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

IČO: 26001551

Zastoupen: MUDr. Daniel Malý, předseda správní rady

(dále jen „Zadavatel“)

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám výše uvedený Zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávacích podmínek vztahující se k výše uvedené VZ.

Dotaz č. 1:

Zadavatel ve veřejné zakázce „Infuzní technika“ požaduje následující technické parametry pro infuzní techniku:

1. Zadavatel požaduje „Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí foliové klávesnice“

Moderní zdravotnické prostředky jsou ovládány dotykovým displejem. Nejvyšší řady infuzní techniky všech světových výrobců používají jako ovládací prvek dotykový displej. Zdvořile žádáme zadavatele, aby přezkoumal tento parametr a povolil barevný dotykový displej doplněný tlačítky pro ovládání přístroje a tím umožnil všem výrobcům infuzní techniky nabídnout nejmodernější přístroje.

Další zdravotnická zařízení Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje umožňují ovládání infuzní techniky pomocí dotykového displeje a uchazeč se domnívá, že sjednocení ovládání infuzní techniky v rámci holdingu je pro zadavatele výhodné. Požadavkem na foliovou klávesnici navíc zadavatel omezuje výběr potenciálních dodavatelů, což není v zájmu Zadavatele a může být v rozporu s principem 3E (účelnost, účinnost, úspornost).

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavateli je známo, že uvedený požadavek splňuje více výrobců infuzní techniky. Ovládání pomocí fóliové klávesnice dává na rozdíl od dotykového displeje personálu zpětnou vazbu a jistotu v použití, a to obzvláště při uvažovaných velikostech displejů s úhlopříčkou cca 3 - 3,5". Plnohodnotná fóliová klávesnice pro ovládání infuzní techniky je pro zadavatele, z vlastní zkušenosti, vhodnějším a požadovaným řešením.

Zadavatel je toho názoru, že výhodné je sjednocení jakékoliv techniky především v rámci jednoho zdravotnického zařízení, neboť požadavky různých zadavatelů (zdravotnických zařízení), byť i v rámci společného holdingu, na konkrétní techniku bývají z mnoha důvodů různé.

Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách v nezměněné podobě.



Dotaz č. 2:

2. Zadavatel požaduje „Mechanickou manipulaci s dvířky“

Zdvořile žádáme zadavatele, aby přezkoumal tento parametr a povolil automatickou manipulaci s dvířky a tím umožnil všem výrobcům infuzní techniky nabídnout nejmodernější přístroje. Mechanickou manipulaci je možné u infuzní techniky považovat za velmi archaické řešení a uchazeč by rád nabídnul moderní přístroje.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Mechanická dvířka významně snižují riziko poruchy a umožňují rychlejší manipulaci s dvířky jak při otevírání, tak při zavírání a urychlují výměnu setu. Z uživatelského hlediska jde o jednoduché, ekonomicky přívětivé a léty prověřené řešení, které je stále využíváno předními výrobci infuzní techniky, zadavatel tedy nesouhlasí s tvrzením dodavatele, že se jedná o archaické řešení.

Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách v nezměněné podobě.

Dotaz č. 3:

3. Zadavatel požaduje „Integrovanou ochrannou membránu peristaltiky proti zatečení kapalin do přístroje, uživatelsky vizuálně kontrolovatelnou“

Uchazeč se domnívá, že zadavatel tímto požadavkem prosazuje jedno technologické řešení stejné věci a dopouští se diskriminace vyspělejšího technologického řešení. Ochranná membrána peristaltiky chrání proti zatečení kapalin do přístroje, tímto způsobem dosahuje přístroj určitého stupně krytí, který zadavatel ve své technické specifikaci definuje. Uživatelská vizuální kontrola ochranné membrány je navíc pro uživatele obtěžující. Z dlouholetých zkušeností uchazeče je membrána, která je umístěná před lamely peristaltického čerpadla, často mechanicky poškozená a musí se měnit. Uchazeč by rád nabídnul moderní řešení, kdy je ochranná membrána integrována za lamely v hermeticky uzavřené komoře. Tím není uživatelsky kontrolovatelná a tato vizuální kontrola se nemusí provádět. Uživatel se může spolehnout, že je v pořádku.

Zdvořile žádáme zadavatele, aby ustoupil od zbytečně diskriminačního parametru „uživatelsky vizuálně kontrolovatelné“ ochranné membrány.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavateli je známo, že uvedený požadavek splňuje více výrobců infuzní techniky. Zadavatel nepovažuje tazatelem navrhouvané řešení za vyspělejší, navíc možnost vizuální kontroly považuje za přidanou hodnotu, nikoliv za obtěžující faktor.

V případě, že dojde k úniku podávané tekutiny ze setu, je vysoce pravděpodobné, že při nekryté peristaltice tekutina naruší, slepí, rozleptá či jinak poškodí její mechanismus, čímž dojde k nepřesnosti v dávkování či úplnému vyřazení přístroje z provozu. Výměna peristaltiky je finančně nákladnější nežli pouhá výměna ochranné membrány

Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách v nezměněné podobě.

S pozdravem

.....
Šárka Kadlecová
zaměstnanec Zástupce zadavatele