



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Infuzní technika“

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2023-020459

Číslo oznámení v TED: 2023/S 096-299279

(dále též „VZ“ nebo „Zadávací řízení“)

ZADAVATEL: Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Sídlo: Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

IČO: 26001551

Zastoupen: MUDr. Daniel Malý, předseda správní rady

(dále jen „Zadavatel“)

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám výše uvedený Zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávacích podmínek vztahující se k výše uvedené VZ.

Dotaz č. 1:

*Ve smlouvě je v článku V. ods. 5.5. definována reakční doba servisního technika maximálně **do 6 hodin v pracovních dnech** od uplatnění reklamace vůči prodávajícímu.*

*V ods. 5.6. v případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně **do 48 hodin v pracovních dnech** od uplatnění reklamace vůči prodávajícímu, a to v místě instalace vadného zboží (přístroje).*

*V ods. 5.7. se prodávající zavazuje tuto odstranit a uhradit veškeré související náklady nejpozději **do 24 hodin v pracovních dnech** od nástupu servisního technika na opravu, jedná-li se o opravu bez potřeby zajištění náhradního dílu.*

Vzhledem k charakteru předmětu dodávky, kdy má zadavatel k dispozici velké množství vzájemně nahraditelných přístrojů, jsme přesvědčeni, že takto přísné požadavky nejsou potřeba a jen zbytečně prodražuje nacenění servisu. Stejně tak povinná oprava na místě není nutná. Přístroje se dají pohodlně poslat dopravcem do servisního centra, kde mohou být opraveny bez velkých nákladů na dopravu a čas technika, který by stejně s velkou pravděpodobností přístroj nemohl na místě opravit a odvézt ho.

Může zadavatel na základě této skutečnosti týkající se servisu přehodnotit své požadavky takto:

- odstranit dobu pro zahájení opravy
- zařadit možnost odeslání přístroje na opravu dopravcem namísto nastoupení technika na místě
- prodloužit lhůtu na opravu na 10 pracovních dní
- povinnost vypůjčit přístroj až pokud nebude možné provést opravu do 30 dní

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel nesouhlasí s tvrzením tazatele, že má k dispozici velké množství vzájemně nahraditelných přístrojů. Je třeba vzít v úvahu, že požadovaná technika je určena pro pracoviště urgentní medicíny, kde je při těžších stavech běžně využíváno více infuzních přístrojů pro jednoho pacienta současně. Přenášení přístrojů od jednoho pacienta k druhému v okamžiku akutní potřeby není žádoucí, obzvláště v situacích, kdy jsou všechna intenzivní lůžka obsazena. Zadavatel nemá dosud sjednocenu infuzní techniku v rámci celé nemocnice, tudíž přesouvání přístrojů z jiných oddělení není z důvodu zákonného požadavku na instruktáž obsluhy možné. Součástí dodávky jsou dokovací stanice, do kterých lze umístit pouze kompatibilní přístroje.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Z výše uvedených důvodů zadavatel považuje nastavené servisní podmínky za zcela adekvátní vzhledem k provoznímu režimu pracovišť urgentní medicíny. Porucha dokovací stanice vyžaduje neprodlený servisní zásah v místě plnění, spojený s případnou zápůjčkou náhradního přístroje, pokud nelze provést opravu na místě.

Zadavatel chce nastavenými servisními podmínkami eliminovat rizika, spojená s ohrožením poskytnutí včasné a kvalitní zdravotní péče v urgentních případech z důvodu nefunkčnosti zdravotnické techniky.

Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách v nezměněné podobě.

Dotaz č. 2:

*Ve smlouvě v čl. VII., odst. 7.2. je uvedeno, že Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním ve lhůtách, stanovených v odstavcích 5.5 až 5.8 této smlouvy, zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **400,- Kč za každých započatých 24 hodin** prodlení po uplynutí lhůt dle odst. 5.5 až 5.8 této smlouvy, za každý jednotlivý případ prodlení.*

Žádáme o úpravu tak, aby byla pokuta snížena na 0,2% z prodejní ceny jednotlivého přístroje za každých započatých 24 hodin prodlení po uplynutí lhůt.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel považuje nastavenou výši smluvní pokuty za adekvátní a přiměřenou významu, za jakým byla stanovena.

Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách v nezměněné podobě.

S pozdravem

.....
Šárka Kadlecová
zaměstnanec Zástupce zadavatele