

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)**

Veřejná zakázka: Příslušenství pro LC/MS a úpravu vzorku pro Oblastní nemocnici Jičín

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Fusová, tel.: +420 736 521 900, e-mail: zfusova@kr-kralovehradecky.cz,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném nadlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Pol. č. 1, Ozn. V227 – Rotační vakuový koncentrátor

- 1) V technické specifikaci zmiňujete jako podmínku „RCF min. 210 x g“ a stejně tak „Maximální rychlost rotoru (rpm) min. 1500 rpm“. Bude pro Vás akceptovatelný přístroj s min. otáčkami rotoru 1500 RPM, kdy RCF, která je poplatná geometrii výměnného rotoru, se bude v závislosti na volbě rotoru pohybovat v rozmezí 150 – 300 x g? Tato zrychlení poskytují dostatečnou sílu, která zabrání rozstříku vzorku po aplikaci vakua.

Odpověď č. 1:

ANO, toto řešení je akceptovatelné.

Dotaz č. 2:

Pol. č. 1, Ozn. V227 – Rotační vakuový koncentrátor

- 2) Požadujete mimo 24 pozic rotoru koncentrátoru pro 1 – 2 ml zkumavky typu Eppendorf ještě nějaké další pozice pro jiné rozměry zkumavek?

Odpověď č. 2:

ANO, kromě 1-2 ml zkumavek typu Eppendorf bude nezbytné, mít možnost pracovat i s dalšími typy zkumavek – testovací zkumavky se stejným průměrem (12-13 mm), ale různou výškou (55 mm, 75 mm resp. 100 mm) – odpovídající objemu 3-10 ml.

Tento požadavek je v rámci této dodatečné informace doplněn do technické specifikace, která je ve znění dodatečné informace č. 1 přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz č.3:

Pol. č. 2, Ozn. V228 – Vortex s nastavitelnou hodnotou otáček

- 3) Akceptujete přístroj s poloměrem otáček pouze 4 mm?

Odpověď č. 3:

NE, zadavatel trvá na dodržení původního parametru poloměru otáček 4,5 mm.

Dotaz č.4:

Pol. č. 2, Ozn. V228 – Vortex s nastavitelnou hodnotou otáček

- 4) Akceptujete přístroj vybavený pouze přítlačovým mikrosplínačem bez možnosti kontinuálního provozu?

Odpověď č. 4:

ANO, akceptujeme.

Dotaz č. 5:

Pol. č. 3, Ozn. V229 – Třepačka s možností termostatování

- 5) Požadujete blok pro zkumavky s kónickým nebo kulatým dnem?

Odpověď č.5:

Zadavatel požaduje blok pro zkumavky s kónickým dnem.

Tento požadavek je v rámci této dodatečné informace doplněn do technické specifikace, která je ve znění dodatečné informace č. 1 přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz č. 6:

Pol. č. 5, Ozn. V237 – Vakuové čerpadlo s filtrační aparaturou

- 6) Bude Vašemu požadavku na „mobilitu“ vyhovovat miniaturní lehké vakuové čerpadlo s rozměry do 10 x 15 x 25 cm a vahou do 2 kg?

Odpověď č.6:

ANO, tyto parametry jsou pro dostatečnou mobilitu vyhovující.

Dotaz č. 7:

Pol. č. 5, Ozn. V237 – Vakuové čerpadlo s filtrační aparaturou

- 7) Uváděná hodnota vakua je hodnota absolutního vakua nebo relativního/negativního vakua?

Odpověď č. 7:

Jedná se o relativní/negativní vakuum.

Dotaz č. 8:

Pol. č. 5, Ozn. V237 – Vakuové čerpadlo s filtrační aparaturou

- 8) Je možné místo pístového bezolejového čerpadla nabídnout také membránovou vývěvu, které se vedle pístových k laboratorním chemickým aplikacím zcela běžně používají?

Odpověď č.8:

ANO, toto řešení je akceptovatelné.

Dotaz č. 9:

Pol. č. 5, Ozn. V237 – Vakuové čerpadlo s filtrační aparaturou

- 9) Pro filtraci a jako zdroj vakua pro 12 pozicový manifold je zcela dostačující sací výkon 5 l/min. Budete takto výkonnou vývěvu akceptovat?

Odpověď č.9:

Pokud bude pumpa splňovat parametry pro bezproblémový a rychlý provoz manifoldu resp. filtraci, tak ANO.

Dotaz č. 10:

Pol. č. 5, Ozn. V237 – Vakuové čerpadlo s filtrační aparaturou

- 10) Je třeba možnost regulace při použití filtrační aparatury nebo postačí regulátor vakua integrovaný v SPE manifoldu, kde dává regulace vakua praktický smysl?

Odpověď č.10:

Parametr regulace vakua s indikací se vztahuje pouze k SPE manifoldu a bude tedy požadován ventil a manometr na manifoldu.

Dotaz č. 11:

Pol. č. 6, Ozn. V238 – SPE vakuový manifold pro 12 vzorků

- 11) Vyžadujete další vakuovou pumpu k SPE manifoldu i v případě, že pumpa uvedená u Pol. č. 5 bude v kombinaci s regulátorem vakua na manifoldu pro jeho provoz plně dostačující?

Odpověď č. 11:

NE, nepožadujeme, pokud bude pumpu specifikovanou v Pol. č. 5 možné bezproblémově připojit i k manifoldu.

Dotaz č. 12:

K dokumentu „p05 - Souhrnné prohlášení - příslušenství LCMS“

V tomto dokumentu v sekcích Významná dodávka č. 1 a Významná dodávka č. 2 požadujete odpovědět na následující otázku „**Předmětem dodávky byla dodávka úpravný vody obdobného charakteru ve finančním objemu minimálně 300.000 Kč bez DPH?**“, která se týká dodávky úpravný vody, která ale není předmětem tohoto výběrového řízení a považujeme ji za nerelevantní vzhledem k poptávanému sortimentu přístrojů. Prosíme tedy o vysvětlení relevance významné dodávky úpravný vody ve vztahu k předmětu vypsání VŘ nebo o opravu těchto sekcí.

Odpověď č. 12:

V tomto případě došlo na straně zadavatele k přepisu/omylu při zpracování zadávací dokumentace. Zadavatel upravuje tabulky významných dodávek v části II. Souhrnného prohlášení následovně:

Významná dodávka č. 1:

Popis předmětu a rozsahu obdobné významné zakázky	[doplň dodavatel]
Objednatel (alespoň název a IČO)	[doplň dodavatel]
Kontaktní osoba objednatele (jméno, pracovní zařazení, telefon a e-mail)	
Rok a měsíc dodání	[doplň dodavatel – pokud bylo plnění ukončeno ve stejném měsíci, ve kterém došlo k zahájení zadávacího řízení, je nutné uvést přesné datum ukončení]
Předmětem dodávky byla dodávka příslušenství pro LC/MS obdobného charakteru (rotační vakuové koncentrátoři, vortexy, třepačky, centrifugy, vakuová čerpadla, vakuové manifoldy) ve finančním objemu minimálně 300.000 Kč bez DPH ((Ano/Ne)	[doplň dodavatel]
Celková cena v Kč bez DPH	[doplň dodavatel]

Významná dodávka č. 2:

Popis předmětu a rozsahu obdobné významné zakázky	[doplň dodavatel]
Objednatel (alespoň název a IČO)	[doplň dodavatel]
Kontaktní osoba objednatele (jméno, pracovní zařazení, telefon a e-mail)	
Rok a měsíc dodání	[doplň dodavatel – pokud bylo plnění ukončeno ve stejném měsíci, ve kterém došlo k zahájení zadávacího řízení, je nutné uvést přesné datum ukončení]
Předmětem dodávky byla dodávka příslušenství pro LC/MS obdobného charakteru (rotační vakuové koncentrátoři, vortexy, třepačky, centrifugy, vakuová čerpadla, vakuové manifoldy) ve finančním objemu minimálně 300.000 Kč bez DPH ((Ano/Ne)	[doplň dodavatel]
Celková cena v Kč bez DPH	[doplň dodavatel]

Upravený dokument *p05 - Souhrnné prohlášení - příslušenství LCMS ve znění dodatečné informace č. 1* je přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz č. 13:

K návrhu kupní smlouvy:

V návrhu Kupní smlouvy v bodě 2.3 e) uvádíte, že požadujete „*dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží, a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky*“. Jedná se v případě tohoto výběrového řízení o zdravotnické prostředky nebo běžné laboratorní přístroje?

Odpověď č. 13:

Připouští se dodávka běžných laboratorních přístrojů, dodaných s náležitou dokumentací. V souladu s tím upravuje a upřesňuje zadavatel bod 2.3 e) Kupní smlouvy následovně:

- e) „*dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží, a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, **přičemž se připouští i dodávka běžných laboratorních přístrojů dodaných s náležitou dokumentací; doklady dle předchozích vět tohoto bodu mohou být** např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD nebo přenosném USB paměťovém médiu), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že dodávané zboží je vyrobeno v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o ZP, v případě zboží se zdroji ionizujícího záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „atomový zákon“) a prováděcích předpisů, zejména „rozhodnutí o povolení nakládání se zdroji ionizujícího záření“, vč. zaplacených správních poplatků; a”*

Upravený návrh Kupní smlouvy ve znění dodatečné informace č. 1 je přílohou tohoto dokumentu.

Nad rámec zaslaných a výše zodpovězených dotazů Zadavatel v rámci této dodatečné informace uvádí, že v dokumentu „Zadávací podmínky“ a v příloze č. 5 Zadávací dokumentace - Souhrnném prohlášení - bylo omylem uvedeno, že v rámci tohoto řízení působí kromě něj ještě zadavatel č. 2. Jedná se o chybu/omyl v psaní, když v rámci tohoto řízení působí pouze jediný zadavatel, tedy Královéhradecký kraj. Zadavatel v souladu s touto skutečností upravil dokumenty „Zadávací podmínky – příslušenství pro LCMS“ a „p05 – Souhrnné prohlášení – příslušenství LCMS“, jejichž upravená znění ve znění dodatečné informace č.1 jsou přílohou tohoto dokumentu.

Dle ust. §99 odst. 2 Zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

V souladu s touto skutečností zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původní délku, počítanou ode dne následujícího po dni zveřejnění dodatečné informace.

Nová lhůta pro podání nabídek tak končí dne 14.7.2023.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

1. Zadávací podmínky – příslušenství pro LCMS ve znění dodatečné informace č.1
2. P02 – Kupní smlouva – příslušenství pro LCMS ve znění dodatečné informace č.1
3. P01a – Příslušenství LCMS – Technická specifikace ve znění dodatečné informace č.1
4. P04 – Příslušenství LCMS – Tab plnění požadavků ve znění dodatečné informace č. 1
5. P05 – Souhrnné prohlášení – příslušenství LCMS ve znění dodatečné informace č. 1

V Hradci Králové dne 12.6.2023

Mgr. Zuzana Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření