

DODATEČNÉ INFORMACE č.2

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

„Dodávka a instalace laparoskopické věže pro chirurgické oddělení ON Náchod a.s.“

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 69 Náchod
IČ:	26000202
DIČ:	CZ26000202
Způsob zadání:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), poskytujeme tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz č. 1:

Zdroj světla

Požadavek:

Zadavatel požaduje LED technologii se světelným výkonem odpovídající 180 W xenonové výbojce.

Dotaz:

Je možné nabídnout xenonový zdroj světla s výkonem 300 W?

Odpověď na dotaz č.1

NE - je požadován zdroj světla - s LED technologií.

Dotaz č. 2:

Insuflátor

Požadavek:

Zadavatel požaduje vstup 40 VA.

Dotaz:

Jedná se o požadovaný minimální příkon zařízení?

Odpověď na dotaz č.2

ANO – jedná se o požadovaný minimální příkon zařízení.

Dotaz č. 3

Insuflátor

Požadavek:

Zadavatel požaduje maximální tlak přiváděného plynu 45 kPa.


Dotaz:

Trvá zadavatel na tomto parametru? Je možné nabídnout zařízení s vyšším přívodním tlakem?

Odpověď na dotaz č.3

Zadavatel požaduje přístroj pro maximální tlak přiváděného plynu 45kPa.

V Náchodě dne 07.01.2014



Ing. Zbyněk Chotěborský
Předseda představenstva
ON Náchod a.s.