



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: Míchání dialyzačních koncentrátů, reverzní osmóza pro Oblastní nemocnici Jičín

Identifikační údaje zadavatele č. 1:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz

Identifikační údaje zadavatele č. 2:

Název **Oblastní nemocnice Jičín a. s.**
Sídlo Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
IČO 260 01 551

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující změnu (doplnění) zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: V příloze č. 1 „Technická specifikace“ a stejně tak v příloze č.5 „Soupis dodávek a servisu“ je uveden požadavek na externí digitální hustoměr, který má být naceněný zvlášť stejně jako technologie předúpravy, úpravny vody a centrálního míchání. Uchazeč běžně nabízí a i v tomto případě má ve své nabídce digitální hustoměr dle přesné specifikace zadavatele jako součást celé technologie centrálního míchání, jelikož se jedná o příslušenství k této technologii. Z tohoto vyplývá, že uchazeč digitální hustoměr nenaceňuje jako samostatný produkt.

Umožní zadavatel sloučení VZ část 3 a 4 (Z304 a Z309) tak, aby uchazeč mohl podat nabídku, kde bude digitální hustoměr dle přesné specifikace zadavatele jako součást nabídky pro technologii centrálního míchání, protože je jeho příslušenstvím?

Odpověď č. 1: Zadavatel umožňuje pod položkou č. 4 (V309 – Hustoměr digitální) nacenit takový hustoměr, který je buď samostatný, nebo je součástí celé technologie centrálního míchání (tj. pol. č. 3 – Z304).

Nacenění položky č. 4 však v nabídce nesmí zůstat nulové. Minimální požadavky na technickou specifikaci hustoměru musí být dodrženy.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové 19.06.2023

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření