

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou III - část 4: Endoskopická věž
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Způsob zadání:	Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje u položky Videogastroskop terapeutický tyto parametry:

1.59 „Možnost jednoduchého přepínání mezi dvěma zaostřenými stupni zvětšení.“

1.60 „Průměr distálního konce max. 10,5 mm.“

Chtěli bychom zadavateli nabídnout videogastroskop s průměrem distálního konce 11,0 mm a s funkcí automatického ostření po celém rozsahu hloubky pole bez nutnosti přepínání. Tento videogastroskop slouží ke stejnému medicínské účelu, provádí se s ním stejné portfolio výkonů, v jeho pracovním kanále lze použít stejné portfolio nástrojů a dosahuje se s ním stejných medicínských výsledků.

Bude zadavatel akceptovat tento terapeutický videogastroskop?

Odpověď na dotaz č. 1

ad ř. - 1.59 „Možnost jednoduchého přepínání mezi dvěma zaostřenými stupni zvětšení“ položky Videogastroskop:

Zadavatel trvá v na popsané funkcionalitě a znění její definice vymezené v příloze č. 3 zadávacích podmínek - Technické specifikaci.

ad ř. 1.60 „Průměr distálního konce max. 10,5 mm“ položky Videogastroskop:

Zadavatel akceptuje nabídku tazatele na videogastroskop o průměru distálního konce max. 11 mm.

Zároveň zadavatel mění přílohu č. 3 zadávacích podmínek (Technická specifikace) → tato nová příloha je přílohou tohoto vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace.

Všechny ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

Příloha

Příloha č. 3 zadávacích podmínek – Technická specifikace

Lhůta pro podání nabídek

S ohledem na charakter změny prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. Lhůta pro

podání nabídek končí **23. 7. 2023 ve 14:00.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření

v Hradci Králové