

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka	Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou II – část 3: Infuzní technika
Ev. č. VVZ	Z2023-020333
Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Způsob zadání	Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele doručené dne 19. 6.2023.

DOTAZ 1

V čl. VI. odst. 12 a 14 Kupní smlouvy je definována doba nástupu servisního technika na opravu max. do 48 hodin od uplatnění, a to na místě umístění vadného zboží a tím, že jde-li o vadu odstranitelnou zavazuje se prodávající vadu odstranit do 48 hodin od nástupu (případě nutnosti náhradního dílu ze zahraničí do 120 hodin).

Vzhledem k charakteru předmětu dodávky, kdy má zadavatel k dispozici velké množství vzájemně nahraditelných přístrojů, jsme přesvědčeni, že takto přísné požadavky nejsou potřeba a jen zbytečně prodražují cenu servisu. Stejně tak povinná oprava na místě není nutná. Přístroje se dají pohodlně poslat dopravcem do servisního centra, kde mohou být opraveny bez velkých nákladů na dopravu a čas technika, který by stejně s velkou pravděpodobností přístroj nemohl na místě opravit a byl nucen ho odvést.

Žádáme zadavatele o úpravu ustanovení týkající se servisu takto:

- odstranit dobu nástupu servisního technika
- zařadit možnost odeslání přístroje na opravu dopravcem namísto nastoupení technika na místě
- prodloužit lhůtu na opravu na 15 pracovních dní

ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 1:

Zadavatel i nadále trvá na svých požadavcích a nebude v žádném případě odstraňovat dobu nástupu servisního technika a ani prodlužovat lhůtu na opravu na 15 pracovních dní. Zadavatel sice bude mít k dispozici větší množství infuzní techniky, která však bude sloužit na více odděleních a bude plně vytížena. Absolutně nelze předvídat situaci, že by zadavatel měl volnou techniku a mohl ji využít jako náhradu. Pokud bude problém se lhůtou na opravu, lze využít ustanovení čl. VI. odst. 15 Kupní smlouvy. Zadavatel akceptuje možnost odeslání přístroje na opravu dopravcem s tím, že vada bude odstraněna do 48 hodin od prokazatelného převzetí přístroje od dopravce (případně nutnosti náhradního dílu ze zahraničí do 120 hodin). Náklady na dopravu v rámci záruky hradí dodavatel a po ukončení záruky budou náklady hrazeny kupujícím, avšak bude-li se jednat např. o reklamaci opravy, bude dopravu hradit prodávající.

Na základě výše uvedeného zadavatel upravil Přílohu č. 2 Kupní smlouva.

DOTAZ 2

V čl. VIII. odst. 1 Kupní smlouvy je požadována sankce z celkové nabídkové ceny. Prosíme o úpravu tak, aby byla počítána pouze z ceny nedodaného zboží.

ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 2:

Zadavatel i nadále trvá na svém požadavku uvedeném v čl. VIII. odst. 1 Kupní smlouvy a nevidí důvod, proč by měl upravovat jeho znění dle požadavku tazatele. Zadavatel předpokládá, že

dodavatelé akceptují zadávací podmínky zadavatele včetně dodací lhůty a podle toho si zajistí, dostatečně s předstihem, své kompletní dodávky.

DOTAZ 3.

Zadavatel požaduje v technické specifikaci infuzní pumpy následující parametr: *Bezpečnostní infuzní sety se silikonovým pumpovacím segmentem s garantovanou přesností dávkování min. 72 hod.* Stejně tak zadavatel požaduje garanci, že nabídková cena za 4 roky plnění nepřekročí předpokládanou cenu 1 314 400 Kč bez DPH v případě spotřebního materiálu. Prosíme zadavatele o zvážení, zda v případě spotřebního materiálu neumožní se účastnit uchazečům s infuzními pumpami, které nabízejí možnost dávkování infuze prostřednictvím bezpečnostních setů bez silikonového segmentu. Úpravou tohoto parametru umožní zadavatel účastnit se zadávacího řízení dalším uchazečům a stejně tak má zaručený ekonomičtější provoz infuzních pump na odděleních.

ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 3:

Zadavatel pořizuje v rámci této veřejné zakázky infuzní pumpy pro provoz na oddělení s vyšším typem péče, JIP a ARO. Proto zadavatel i nadále trvá na požadavku uvedeném v technické specifikaci, tj. infuzní sety se silikonovým segmentem, které jsou pro daný provoz v klinické praxi doporučované. Nadto zadavatel uvádí, že tento požadavek splňuje několik potencionálních dodavatelů na trhu a to vč. tazatele.

Zadavatel upravuje přílohu č.2 zadávacích podmínek – **Kupní smlouva – oprava**, která tvoří přílohu toto vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace.

Dále zadavatel z důvodu administrativní chyby zadávacích podmínkách mění:

Bod 2.1.písm. e) opravuje odkaz na čl. kupní smlouvy: Poskytování komplexního záručního servisního zabezpečení a oprav včetně dodávky náhradních dílů, poskytování uživatelské a další podpory po dobu 24 měsíců (ve specifikcích viz zejm. čl. 6 kupní smlouvy, která tvoří **Přílohu č. 2** této zadávací dokumentace)

bod 6.4 takto: vypouští se poslední věta „Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá seznam významných dodávek vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat závazek, že jiná osoba bude realizovat dodávky či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje“, když dle § 83 odst. 2 zákona požadavek pro dodávky neplatí.

Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změny.

Lhůta pro podání nabídek

Jelikož tímto vysvětlením zadavatel nezměnil zadávací podmínky takovým způsobem, jež by vedly k nutnosti prodloužení lhůty pro podání nabídek, rozhodl se, že lhůta pro podání nabídek **se nemění**.

Příloha

Příloha č. 2 zadávacích podmínek – Kupní smlouva – OPRAVA

V Hradci Králové

Za zástupce zadavatele na základě pověření