

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle § 56 a násl. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

**„Rozvoj laboratorních kapacit v ON Náchod – nemocnice Náchod“
Část 3. Laminární box třídy biohazard**

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Jednající:	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
IČ:	26000202
DIČ:	CZ699004900
Způsob zadání:	otevření řízení, v nadlimitním režimu

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě obdržené žádosti účastníka.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK dne 18.06.2023 v 21:34:44, tj. řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Tímto bych vás chtěl požádat o dodatečné technické informace k této veřejné zakázce pro část 3 – 1ks. Laminárního boxu třídy biohazard:

1. V technických parametrech je požadavek u požadovaného laminárního boxu na minimální vnitřní rozměry boxu (šxvxh): 1200 x 700 x 600 mm.

1.)Náš dotaz zní:

Je možné nabídnout biohazard box, který splňuje nebo překračuje všechny vaše požadované parametry, ale má minimální vnitřní výšku 660 mm ???


Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje minimální výšku 700 mm, a to z důvodu vyššího komfortu pro práci a manipulaci v boxu, zejména při vkládání a vykládání vzorků do centrifugy nebo při práci s plamenem je požadovaná vyšší pracovní výška nezbytná. Na základě uvedeného zadavatel trvá na dodržení vnitřních minimálních rozměrů laminárního pole, jak je uvedeno v technické specifikaci k této veřejné zakázce.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Náchodě 02.6.2023


RNDr. Bc. Jan Mach
Předseda správní rady

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 01 NÁCHOD
55