

Technická specifikace

Název VZ:	Lehátka pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
1	V421	Lehátko 2-dílné s pevnou výškou	2

Držák role hygienického papíru – možnost oboustranného připevnění
 Nepojízdné, délka ložné plochy 2000 mm, šířka cca 670 mm
 Konstrukce z jakostní oceli s povrchovou úpravou práškovými vypalovanými laky
 Ložná plocha s pevnou výškou 62 cm
 Dvoudílná ložná plocha tvořena polohovatelným podhlavníkem a pevnou částí
 Čalouněno zdravotnickou koženkou
 Barevné řešení dle uživatele

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
2	V427	Křeslo transportní na přepravu pacientů	8

Transportní křeslo pro přepravu osob (pacientů) ve zdravotnických zařízeních
 Zatížení min. 150 kg
 Zadní otočná kolečka o průměru 300 mm pro snazší manipulaci
 Přední kolečka o prům. 125 mm
 Zasunovací držák infuzního stojanu
 Automatická ruční brzda s ovládáním na madle
 Opěrky nohou pro snazší nastupování a vystupování
 Stohovatelné

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
3	V431	Lehátko 2-dílné elektrické vč. držáku papírové role, nepojízdné	8

Držák role hygienického papíru – možnost oboustranného připevnění
 Nepojízdné, délka ložné plochy 2000 mm, šířka cca 670 mm
 Konstrukce z jakostní oceli s povrchovou úpravou práškovými vypalovanými laky
 Ložná plochavýškově stavitelná pomocí elektromotoru v rozsahu min. 570 - 900 mm
 Nožní ovladač pro nastavení výšky zdvihu
 Dvoudílná ložná plocha tvořena polohovatelným podhlavníkem a pevnou částí
 Polohování zádového dílu pomocí plynové pístnice
 Čalouněno zdravotnickou koženkou
 Kryt podvozku
 Barevné řešení dle uživatele

Příloha č. 1_a: Technická specifikace

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
4	V432	Lehátko 2-dílné elektrické vč. držáku papírové role, pojízdné	3

Držák role hygienického papíru – možnost oboustranného připevnění
 Nepojízdné, délka ložné plochy 2000 mm, šířka cca 670 mm
 Konstrukce z jakostní oceli s povrchovou úpravou práškovými vypalovanými laky
 Ložná plochavýškově stavitelná pomocí elektromotoru v rozsahu min. 570 - 900 mm
 Nožní ovladač pro nastavení výšky zdvihu
 Dvoudílná ložná plocha tvořena polohovatelným podhlavníkem a pevnou částí
 Polohování zádového dílu pomocí plynové pístnice
 Čalouněno zdravotnickou koženkou
 Kryt podvozku
 Pojezdová kola s aretací o průměru min. 125 mm s centrální brzdou
 Barevné řešení dle uživatele

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
5	V121	Schůdky 1-stupňové	14

Výška 20 cm
 Kovová konstrukce s povrchovou úpravou práškovými vypalovanými laky.
 Nožičky opatřeny bezpečnostními protiskluzovými pryžovými návleky
 Stupeň opatřen protiskluzovou pryžovou náslapnou plochou
 Nosnost min. 120 kg