

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 23. 6. 2023

ZADAVATEL: Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Sídlem: Purkyňova 446, 547 01 Náchod

Zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

IČO: 26000202

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Pořízení přístrojového vybavení do nemocnice Rychnov nad Kněžnou část 5 – bronchoskopická věž

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-023262

Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „**ZD**“) vztahující se k předmětné veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení ZD na základě žádosti dodavatele, kterou obdržel dne 21. 6. 2023. Zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti o vysvětlení ZD.

Dotaz č. 1

„Na základě minulého dotazu, kde bylo vyhověno, a přesto zůstal požadavek v zadávací dokumentaci na variabilní nastavení tlaku. Nabízíme elektrický tester endoskopů, technických parametrů, které plně splňující provozní vlastnosti. Bude zadavatel akceptovat nabídku elektrického testeru těsnosti, kde je automatický nastavení jednoho tlaku a zároveň není zobrazen ukazatel tlaku? Všechny ostatní požadované technické parametry, v rámci výběrového řízení, námi nabízené technologie plně splňuje.“

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, zadavatel bude akceptovat elektrický tester těsnosti, který disponuje automatickým nastavením jednoho tlaku a zároveň není zobrazen ukazatel tlaku. Zároveň zadavatel v reakci na opakované žádosti o vysvětlení mění v tomto bodě technickou specifikaci (viz níže).

Změna zadávací dokumentace:

Na základě výše uvedeného zadavatel tímto přistupuje v souladu s § 99 odst. 1 ZZVZ ke změně přílohy č. 3 zadávací dokumentace (aktuální verze uveřejněna na profilu zadavatele s označením „**R-ZD-P3-Bronchoskopická věž_rev3.docx**“) ve smyslu shora uvedeného vysvětlení ZD č. 3.

V návaznosti na shora uvedené vysvětlení ZD č. 3, v rámci kterého zadavatel připustil zmírnění zadávacích podmínek, které je způsobilé rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, přistupuje tímto v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ k prodloužení lhůty pro podávání nabídek o celou její původní délku ve vztahu k dotčené části č. 5 – bronchoskopická věž.

Zadavatel tak v souvislosti s výše uvedeným stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek pro část 5 veřejné zakázky, tj. do 26. 7. 2023 do 10:00 hod.

Toto vysvětlení a změna ZD je v souladu se zákonem uveřejněno na profilu Zadavatele

Advokátní kancelář Chrenek, Toman, Kotrba spol. s r.o.
JUDr. Martin Lehocký, advokát
zástupce zadavatele