

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 2

Veřejná zakázka: Zařízení pro anestezii a monitoraci pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Mgr. Jitka Bučková, tel.: +420 602 246 595, jbuckova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek toto vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Dovolujeme si tímto podat doplňující dotaz, resp. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, k výše uvedené VZ s názvem „Zařízení pro anestezii a monitoraci pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem“.

Ve vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 1 ze dne 8/6 2023 zadavatel odpověděl na dotaz č. 5, že bude akceptovat navrhované řešení účastníka a že požaduje ventilační režimy VCV a PCV, které jsou bez synchronizace a doplnil dále požadavek na ventilační režimy SIMV-P/V, PSV, PCV, SPCV.

S ohledem na odpověď zadavatele ve vztahu k synchronizaci ventilačních režimů VCV a PCV účastník předpokládá, že požadavek na ventilační režim SPCV je administrativní chybou zadavatele a v technické specifikaci nemá být.

Je tento předpoklad účastníka správný?

Odpověď č. 1:

Zadavatel v předchozím vysvětlení zadávacích podmínek odpověděl dle jeho potřeb. Pokud však, jak chápe zadavatel, uchazeč nedisponuje přístrojem s režimem SPCV, zadavatel znovu posoudil své minimálně nutné potřeby v souvislosti s klinickou praxí a souhlasí s vypuštěním režimu SPCV.

Přílohy:

p01a - Anestezie - Technická specifikace _DI_02

p04 - Anestezie - Tab plnění požadavků _DI_02

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 14. 7. 2023 do 9:00 hodin.

Tato dodatečná informace je uveřejněna na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 26. 6. 2023

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření