



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – pořízení majetku III – Část 10: Infuzní technika – Infuzní pumpa, Dávkovač, Dokovací stanice “

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Název zadavatele:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

Osoba oprávněná jednat:

V zadávacím řízení zastoupen:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov

26000237

CZ699004900

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správní rady

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: office@jta.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Kozák, technický náměstek

+420 499 866 104

kozak.petr@nemtru.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html

Zadavatel obdržel dne 27. června 2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Tato žádost se týkala části č. 10 nadepsané veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Dodavatel má v nabídce nižší řadu infuzní techniky s úhlopříčkou displeje 4“, přičemž tento displej je necelé tři centimetry vysoký a vyšší řadu infuzní techniky s úhlopříčkou displeje 3“, který je vysoký přes čtyři centimetry a umožňuje vhodnější rozložení softwaru pro snadnou obsluhu.

Dodavatel by rád nabídnul zadavateli vyšší řadu infuzní techniky, ale požadavek na úhlopříčku to nedovoluje. Bude Zadavatel akceptovat nabídku na infuzní techniku s úhlopříčkou displeje 3“ pokud bude výška displeje větší než 4 centimetry?

Odpověď na dotaz 1:

Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 dne 16. června 2023 uveřejnil aktualizovanou přílohu č. 2 části 10 veřejné zakázky, kde je uvedeno, že zadavatel bude akceptovat řešení s minimální velikostí displeje 20 cm².

K dotazu tedy zadavatel uvádí, že bude akceptovat jakékoliv parametry displeje, které budou vyhovovat požadavku na minimální plochu displeje 20 cm² dle technické specifikace.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne 28. června 2023

**JUDr. Jan Salmon, advokát,
smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.**