

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Zakázka: Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje – EKG a defibrilátory

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedeného dotazu a v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.

Dotaz č. 1:

V příložené tabulce máte uvedeno, že přístroj má mít plnou alfanumerickou síť - nevíme, co tato položka znamená.

Dále máte uvedeno, že je požadován tisk na 210mm termopapír ale zároveň požadujete šíři papíru 112mm - který z těchto údajů je tedy platný?

Příložená tabulka:

EKG přístroj 3 kusy

Přístroje jsou určeny pro následující odd.

JIP chirurgie Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

1 kus

ARO nemocnice Rychnov nad Kněžnou

1 kus

JIP interna nemocnice Rychnov nad Kněžnou

1 kus

Parametry přístroje:

Požadavky	Splnění podmínky ANO/NE	Hodnota/popis
12ti kanálový tisk na 210mm termopapír,		
Plná alfanumerická síť,		
Provoz na síť i akumulátor,		
12 kanálové EKG s barevným dotykovým displejem,		
Rozlišení displeje: cca 640x480 (bodů),		
Kombinovaná alfanumerická a funkční klávesnice na dotykovém displeji,		
Jmenovitá kontrola kontaktu elektrod,		
Šíře papíru: 112mm,		
Neomezený počet uživatelsky definovatelných profilů,		
Tisk v automatickém nebo manuálním režimu,		
Zpětný EKG záznam,		
Provoz ze sítě nebo z akumulátoru,		

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:


Zadavatel k dotazu uvádí, že požaduje plnou alfanumerickou klávesnici a u všech třech EKG přístrojů požaduje tisk na 210mm termopapír. Přílohou této dodatečné informace je upravená Technická specifikace.

Místo a doba pro podání nabídek:

Na základě výše uvedených skutečností a v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **16. 3. 2015 v 14:00 hodin**. Místo pro podání nabídek se nemění. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **16. 3. 2015 v 14:00 hodin** v sídle zadavatele.

V Hradci Králové dne 13. 1. 2015


.....
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.
zástupce zadavatele