

Technická specifikace

Název VZ:	Lůžka pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
1	V425	Lůžko 4-dílné elektricky polohovací s integrovanou váhou, pojízdné	7

Shoda s platnou normou ČSN EN 60601-2-52

Rozměry ložné plochy: min. 200 × 90 cm

Zdvih lůžka pomocí elektromotoru sloupový v rozsahu min. 450-750 mm

Náklon ložné plochy do TR/ATR polohy min. 12° pomocí elektromotoru

Čtyřdílná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem

Autoregrese

Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu

RTG transparentní ložná plocha s držákem kazety min. pod zádovým dílem

Integrovaný vážicí systém pro možnost vážení v absolutním i přírůstkovém režimu s pamětí naměřených hodnot

Kompaktní celoplastová čela, hlavové odnímatelné, nožní fixované proti samovolnému vytažení.

Integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění

Dostatečná výška postranic i pro aktivní matrace - min. 440 mm nad ložnou plochou

Hlavní sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování a možností zablokování ovládání proti nežádoucí manipulaci

Oboustranné ovladače integrované do postranic s ochranou proti nechtěnému polohování

Oboustranné nožní ovladače pro výškové nastavení s ochranou proti nechtěnému polohování

Kolečka min. 150 mm s centrálním ovládním brzd, páté kolečko pro lepší manipulaci

Univerzální držáky na drobné příslušenství, infuzní stojan, hrazdu, apod

Ochranná kolečka v rozích lůžka

Integrované prodloužení lůžka min. 150 mm

Polička na prádlo

Bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg

Zálohová baterie s indikátorem stavu

Hrazda se samonavíjecí rukojetí

Infuzní stojan výškově stavitelný

Koš na močovou lahev

Držák sáčku na moč

Držák teplotní tabulky

Jmenovka

Uzemění

Barevné řešení dle uživatele

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
2	V425a	Matrace k lůžku V425	7

Matrace dle rozměru lůžka

Výška min. 140 mm, nosnost matrace min. 230 kg,

Jádro kombinované ze studené PUR a viskoelastické pěny - zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách

Příloha č. 1_a: Technická specifikace

Potah snímatelný, zip min. ze dvou stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované
Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech, pro pacienty se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (Norton 13-20)

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
3	V433	Lůžko polohovací elektrické včetně příslušenství pro onkologii	2

Shoda s platnou normou ČSN EN 60601-2-52

Rozměry ložné plochy min.: 200 × 90 cm

Zdvih lůžka pomocí elektromotoru sloupový v rozsahu min. 450-750 mm

Náklon ložné plochy do TR/ATR polohy min. 14° pomocí elektromotoru

Čtyřdílná odnímatelná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem

Autoregrese

Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu

Integrovaný vážicí systém pro možnost vážení v absolutním i přírůstkovém režimu s pamětí naměřených hodnot

Kompaktní celoplastová čela, hlavové odnímatelné, nožní fixované proti samovolnému vytažení.

Integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění

Hlavní sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování a možností zablokování ovládání proti nežádoucí manipulaci

Oboustranné ovladače integrované do postranic s ochranou proti nechtěnému polohování

Oboustranné nožní ovladače pro výškové nastavení s ochranou proti nechtěnému polohování

Kolečka min. 150 mm s centrálním ovládním brzd, páté kolečko pro lepší manipulaci

Univerzální držáky na drobné příslušenství, infuzní stojan, hrazdu, apod

Ochranná kolečka v rozích lůžka

Integrované prodloužení lůžka min. 220 mm

Polička na prádlo

Bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg

Zálohová baterie s indikátorem stavu

Hrazda se samonavíjecí rukojetí

Infuzní stojan výškově stavitelný

Koš na močovou lahev

Držák sáčku na moč

Držák teplotní tabulky

Jmenovka

Uzemění

Barevné řešení dle uživatele

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
4	V433a	Matrace k lůžku V433	2

Matrace dle rozměru lůžka

Vhodná pro pacienty do IV. stupně rizika vzniku dekubitů

Výška min. 140 mm, nosnost matrace min. 230 kg,

Jádro kombinované ze studené PUR a viskoelastické pěny - zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách

Příloha č. 1_a: Technická specifikace

Potah snímatelný, zip min. ze dvou stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný (výška vodního sloupce min. 2000 mm), spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované

Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech, pro pacienty se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (Norton 13-20)

Nehořlavost všech stran min. CRIB 5

Vybavena transportními úchyty

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
5	N149	Stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou, pojízdný	2

Oboustranné kovové provedení

Provedení stolku zásuvka, nika, dvířka, prostor pro obuv

Plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice

Jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích

Odkládací deska se zvýšeným okrajem z ABS plastu/HPL po celém obvodu

Jídelní deska celoplastová se zvýšeným okrajem

Zásuvka s pojistkou proti vypadnutí

Plastová vložka zásuvky z ABS

Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET lahev

Prostor pro obuv ve spodní části stolku (pod dvířky) přístupný z čela stolku – polička

Dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru minimálně 65 mm

Uzamykatelná dvířka

Držák ručníku

Korpus stolku bílý (stejná barva jako lůžka)

Barevné provedení zásuvky a dvířek dle požadavku zadavatele

Možnost volby barevného provedení zásuvky a dvířek

Rozměry (Š x H x V) min. 57 x 50 x 84 cm (povolena tolerance +/- 10 cm)

Rozměr jídelní desky min. 55 x 35 cm (povolena tolerance +/- 10 cm)

Zdvih jídelní desky min. 25 cm

Nosnost jídelní desky min. 5 kg