

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka	Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou II – část 3: Infuzní technika
Ev. č. VVZ	Z2023-020333
Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Způsob zadání	Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele doručené dne 11.7.2023.

Dotaz č. 1:

Zadavatel na základě dotazu účastníka změnil požadavek na podávání bolusu u Lineárních dávkovačů vč. TIVA-TCI a Infuzních pump následovně: Bolus manuální i s přednastavením objemu/času nebo manuální aplikace bolusu s přednastavením bolusu, kde lze definovat rychlost podání bolusu a jeho objem

Změní zadavatel obdobně požadavek i u Lineárních dávkovačů?

ODPOVED ON

Odpověď zadavatele v rámci „Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č.3“ byla myšlena tak, že připouští řešení tazatele pro všechny požadované typy přístrojů.

Dotaz č. 2:

Zadavatel u všech lineárních dávkovačů i infuzních pump požaduje: Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice nebo ovládání pomocí dotykového displeje s uhlopříčkou min. 5“. Přístroj musí mít z bezpečnostního hlediska alespoň fyzické (membránové) tlačítko STOP pro zastavení infuze a zámek dotykového displeje proti nechtěnému dotyku

Nejnovější modely infuzní techniky renomovaných výrobců jsou vybaveny dotykovými displeji s minimem fyzických tlačítek, čímž lze potvrdit aktuální trend v oblasti inovací a postupný odstup od foliových klávesnic. Různí výrobci používají dotykové displeje s různými poměry stran. Proto by účastník rád podotkl, že z hlediska praktického využití infuzní techniky je u displeje mimo jeho uhlopříčky velmi důležitým parametrem jeho celková plocha. Účastník nabízí moderní řadu infuzní techniky s dotykovým displejem s šířkou 7,7 cm a výškou 4,3 cm, tedy plochou displeje přes 33 cm². Díky optimalizovanému intuitivnímu uživatelskému prostředí poskytuje daný dotykový displej komfortnější a rychlejší ovládání, než je tomu u starších přístrojů s foliovou klávesnicí, kde je k řadě úkonů nutné provést nadbytečné množství kroků. Účastník se domnívá, že požadavek v aktuálním znění zvýhodňuje starší modely infuzní techniky nad modely novými, čímž je v rámci dané VZ omezena zásada inovací, kdy by měl zadavatel vybrat technicky pokročilé řešení (moderní produkty). Umožnění nabídky výše popsané infuzní techniky by také napomohlo zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli. Bude zadavatel akceptovat nabídku výše popsané infuzní techniky?

ODPOVED ON

Zadavatel míní, že nastavení technické specifikace je z hlediska zajištění hospodářské soutěže otevřeně velké skupině dodavatelů a jejich různým technickým řešením, která obecně vyhovují požadavkům provozu. Proto zadavatel trvá na původním znění technické specifikace.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí: Zadavatel stanovuje maximální dílčí nabídkové ceny za jednotlivé dílčí předměty plnění. Maximální dílčí nabídkové ceny jsou uvedeny výše, a to jako jednotkové ceny za jednotlivé položky předmětu plnění. Překročí-li dílčí nabídková cena účastníka hodnotu maximální dílčí nabídkové ceny, bude to považováno za nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Účastník může být zadavatelem vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Tímto není vyloučen postup zadavatele obdobně dle § 46 zákona.

Účastník se domnívá, že stanovení maximálních dílčích nabídkových cen není nutné a může mít negativní vliv na zajištění dostatečného konkurenčního prostředí. Z pohledu hospodárnosti je důležitá celková nabídková cena, nikoli ceny dílčí. Účastník žádá zadavatele o přezkoumaní daného stanoviska a navrhuje dané stanovisko ze zadávací dokumentace odstranit. Odstraněním maximálních dílčích nabídkových cen by zadavatel přispěl k zajištění transparentnosti, efektivnosti a případně i hospodárnosti v rámci dané VZ, neboť by mohl obdržet nabídku, jejíž dílčí nabídková cena přesahuje stanovené maximum, ale celkově je ekonomicky nejvýhodnější.

ODPOVED ON

Zadavatel trvá na původním znění požadavku.

Dotaz č. 4:

Zadavatel u všech lineárních dávkovačů i infuzních pump požaduje: Přehledný displej pro zobrazení důležitých parametrů infuze (min. rychlost infuze, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuálně nastavený tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva), min. výška písma u názvu léku 4 mm.

Účastník ze znění požadavku předpokládá, že zadavatel požaduje zobrazení výše uvedených důležitých parametrů infuze na domovské obrazovce přístroje v rámci nastavení parametrů infuze, respektive během jejího průběhu, a to bez nutnosti vstupu do menu apod. Je předpoklad účastníka správný?

Děkujeme předem za zodpovězení dotazů.

ODPOVED ON

Zadavatel trvá na původním znění požadavku.

Lhůta pro podání nabídek

Jelikož tímto vysvětlením zadavatel nezměnil zadávací podmínky takovým způsobem, jež by vedly k nutnosti prodloužení lhůty pro podání nabídek, rozhodl se, že lhůta pro podání nabídek **se nemění**.

Příloha

V Hradci Králové

Za zástupce zadavatele na základě pověření