

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 1
(Dodatečná informace č. 1)

Veřejná zakázka: **Lehátka pro Oblastní nemocnici Jičín**

Zadavatel:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

Mgr. Kateřina Machová, tel.: +420 702 248 906, e-mail: kamachova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s ustanoveními § 98 a § 99 ZZVZ následující vysvětlení a změnu zadávacích podmínek, a to na podkladě těchto dotazů:

Pol. č. 1, Ozn. V421 Lehátko 2-dílné s pevnou výškou

Dotaz č. 1

Parametr – Nepojízdné, délka ložné plochy 2000 mm, šířka cca 670 mm

Může uchazeč zadavateli nabídnout lehátko, kde pod zářadovou částí budou dvě kolečka o průměru 100mm s brzdou, tak aby se s lehátkem dalo manipulovat

(např. při úklidu ordinace) a v nožní části budou dvě pevné nohy pro dobrou stabilitu a pevnost lehátka?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Pol. č. 2, Ozn V427 Křeslo transportní na přepravu pacientů

Dotaz č. 2

Parametr – Zadní otočná kolečka o průměru 300 mm pro snazší manipulaci

Může uchazeč zadavateli nabídnout transportní křeslo, kde zadní kolečka o pr. 200mm jsou pevná a přední kolečka o pr. 125mm otočná?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Dotaz č. 3

Parametr – Zasunovací držák infuzního stojanu

Má zadavatel na mysli opravdu zasunovací držák infuzního stojanu nebo infuzní stojan, který se zasune do držáku na transportním křesle?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel má na mysli držák na křesle, do kterého se v případě potřeby zasune infuzní stojan.

Dotaz č. 4

Parametr – Opěrky nohou pro snazší nastupování a vystupování

Může uchazeč zadavateli nabídnout transportní křeslo, kde bude jedna opěrka nohou dost široká pro obě nohy pacienta?

Odpověď na dotaz č. 4:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Pol. č. 3, Ozn V431 Lehátko 2-dílné elektrické vč. držáku papírové role, nepojízdné

Dotaz č. 5

Parametr – Nepojízdné, délka ložné plochy 2000 mm, šířka cca 670 mm

Může uchazeč zadavateli nabídnout lehátko o šířce ložné plochy 72 cm?

Odpověď na dotaz č. 5:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Dotaz č. 6

Parametr – Ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru v rozsahu min. 570 - 900 mm

Může uchazeč zadavateli nabídnout lehátko s ložnou plochou výškově stavitelnou pomocí elektromotoru v rozsahu 52 - 89cm?

Odpověď na dotaz č. 6:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Pol. č. 4, Ozn V432 Lehátko 2-dílné elektrické vč. držáku papírové role, pojízdné

Dotaz č. 7

Parametr – Nepojízdné, délka ložné plochy 2000 mm, šířka cca 670 mm

Může uchazeč zadavateli nabídnout lehátko o šířce ložné plochy 72 cm?

Dále předpokládáme, že lehátko má být pojízdné, nikoli nepojízdné, jak se uvádí v tomto parametru?!

Odpověď na dotaz č. 7:

Ano, zadavatel bude akceptovat řešení s šířkou ložné plochy 72 cm. Zadavatel upravuje, že požaduje pojízdné lehátko dle parametrů dále. Specifikace je upravena v příloze této dodatečné informace.

Dotaz č. 8

Parametr – Ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru v rozsahu min. 570 - 900 mm

Může uchazeč zadavateli nabídnout lehátko s ložnou plochou výškově stavitelnou pomocí elektromotoru v rozsahu 52 - 89cm?

Odpověď na dotaz č. 8:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Pol. č. 5, Ozn V121 Schůdky 1-stupňové**Dotaz č. 9**

Parametr - Výška 20 cm

Může uchazeč zadavateli nabídnout 1-stupňový schůdek s výškou nášlapné plochy cca 22cm?

Odpověď na dotaz č. 9:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel aktualizoval přílohu č. 1 a) – Technická specifikace a přílohu č. 3 – Tabulka plnění minimálních požadavků.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel dále rozhodl přiměřeném o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 8. 2023 v 10:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 1 a – Technická specifikace_DI_01



p01a - Lehátka -
Technická specifikac

Příloha č. 3 – Tabulka plnění minimálních požadavků_DI_01



p03 - Lehátka - Tab
plnění požadavků _I

V Hradci Králové dne 17.07.2023

Mgr. Kateřina Machová,
na základě pověření