



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

### “Pořízení vybavení pro laboratoře II“ část 1 – Analytická váha, část 2 - Cytocentrifuga (dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“) v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

**Zadavatel:** Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod  
IČ: 26000202  
DIČ: CZ26000202  
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

**V zadávacím řízení zastoupen:** J&T advokátní kancelář s.r.o.  
IČ 04996305  
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,  
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník  
Tel: + 420 774 720 720  
e-mail: [office@jtak.cz](mailto:office@jtak.cz)

**Kontaktní osoba:** Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,  
nákupu a grantových projektů  
tel. + 420 727 986 414  
e-mail: [kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz](mailto:kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz)

**Adresa profilu zadavatele:** [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_1330.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html)

Zadavatel obdržel dne 13. 7. 2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně k části 1 veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

#### **Dotaz č. 1:**

*Vzhledem k tomu, že požadavek uvedený v v zadávací dokumentaci čl. 5.4, písm. b), byl považován za irelevantní, protože analytické váhy nejsou zdravotnickým prostředkem, jsou čl. 5.4, písm. a) a c) relevantní? Pokud ano, upřesněte, v jakém rozsahu má být provedena výchozí elektrorevize.*

#### **Odpověď k dotazu č. 1:**

**Ustanovení v bodu 5.4. a)** je relevantní vzhledem k předmětu plnění, a to v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění, tj. Doprava do místa plnění, clo, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti, provedení všech provozních testů (zejména výchozí



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

elektrorevize, výchozí zkoušky dlouhodobé stability apod.), ověření deklarovaných technických parametrů (zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky); zajištění kompatibility ZP s informačním systémem používaným zadavatelem pro sběr dat nutných pro stanovení diagnostických referenčních úrovní (DRÚ), vyžaduje-li to charakter dodávaného ZP;

V předchozím vysvětlení bylo uvedeno, že se nejedná o ZP, nicméně v ZD by mělo být upřesněno v tomto znění "vyžaduje-li to charakter dodávaného předmětu plnění".

**Ustanovení v bodu 5.4. c)** je irelevantní vzhledem k předmětu plnění "Provedení instruktáže zdravotnického personálu zadavatele (dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o zdravotnických prostředcích“)) včetně vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, přičemž osoba provádějící instruktáž je povinna zároveň předložit doklad vydaný výrobcem ZP prokazující její oprávnění k provádění takovéto instruktáže;"

Nicméně je nutné provést minimálně zaškolení obsluhy předmětu plnění.

**Elektrorevize** – revize elektřiny dodávaného předmětu plnění VZ musí být v provedena v souladu se zákonnými požadavky na předmětné zařízení, jedná se o činnost prováděnou na elektrických zařízeních, při které se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav elektrického zařízení z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí revize je vypracování zprávy o revizi. Elektrická revize je provedena v rozsahu dle dodávaného předmětu plnění.

Vzhledem k charakteru vysvětlení je lhůta pro podání nabídek obou částí VZ prodloužena o celou původní délku, tj. do **21. 8. 2023 10:00 hodin**.

**V Praze dne 18. července 2023**

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele  
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**