



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Pořízení vybavení pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou II.”

část 4 - Část 4: Zvedák na pacienty

(dále také jen „VZ“ nebo „**veřejná zakázka**“)
v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

V zadávacím řízení zastoupen:

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 24. 7. 2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně k části 4 veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci zadavatel požaduje vertikální i horizontální zdvih. Předpokládáme, že se jedná o elektricky polohovatelnou závěsnou hrazdu. tzv. EPS. U tohoto typu ramene, nelze provádět nácvik chůze. Prosíme o opravu technické specifikace v bodě možnost využití zvedáku k nácviku chůze a v bodě přídatné opěrné madlo pro nácvik chůze.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď k dotazu č. 1

Zadavatel nadále nepožaduje u zvedáku možnost nácvičku chůze a opěrné madlo pro nácvičku chůze. Zadavatel upravil své požadavky v příloze č. 2_4 - Technická specifikace, kterou nově uveřejňuje spolu s touto odpovědí.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje o celou lhůtu, tedy do **29. 8. 2023 10:00 hodin**.

V Praze dne 25. července 2023

**JUDr. Jan Salmon, advokát, smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**